

Název veřejné zakázky: **Transportní lůžka pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 2 - transportní lůžka nižší třídy**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: režim nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3881/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č.1:

„Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka“.
Bude Zadavatel akceptovat transportní lůžko s ovládacími pedály na straně nohou pacienta? Pedály jsou velmi dobře přístupné z obou stran lůžka.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upřesňuje požadavek na umístění pedálů, a to po obou **bocích** lůžka.

Dotaz č.2:

„Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř, s ovládáním spuštění od hlavy i nohou pacienta“
Bude Zadavatel akceptovat postranice s ovládáním spuštění od hlavy pacienta?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Dotaz č.3:

„Ochranná nárazová kolečka a lišty po celém obvodu lůžka“
Bude Zadavatel akceptovat transportní lůžko vybavené ve všech rozích nárazovými kolečky a bez lišt?
Transportní lůžko je mechanicky testováno na nárazy po celém obvodu lůžka a nepodléhá při běžném provozu deformacím během nárazu.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Dotaz č.4:

„Bezpečné pracovní zatížení lůžka minimálně 310 kg“
Bude Zadavatel akceptovat transportní lůžko s bezpečným pracovním zatížením 250 kg?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Dotaz č. 5:

v technické specifikaci zadavatel mimo jiné uvádí:
minimální délka postranic 125 mm

Dotaz:


Bude zadavatel akceptovat délku postranic 118 mm, které v souladu s normami plně dostačují zachování bezpečnosti?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel akceptuje i vámi nabízené řešení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **18 -06- 2024**

 **Marek Sedlák** 

Ing. Gabriela Růžičková
Vedoucí odboru veřejných zakázek

01



Krajská zdravotní, a.s.
oddělení veřejných zakázek
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627