

Název veřejné zakázky: **Modernizace a rozšíření urgentního příjmu, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na stavební práce

Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3888/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1

- 1) Prosíme o informaci u položek 567, 568 kuchyňské linky, zda se jedná o klasickou dřevěnou linku nebo linku s konstrukcí nerezovou.
- 2) Prosíme o kontrolu počtu svítidel, kdy nesedí výkaz výměr s podrobnou dokumentací.
- 3) Prosíme o bližší specifikaci vyšetřovacích svítidel.

Odpověď na dotaz č. 1

Ad1) Ano, linky na pol. 567 a 568 u přístavby nové budovy UP (D 1.1.01) jsou klasické **dřevěné kuch. linky**. Jedná se o linku v čajové kuchyňce (m.č. 116 -1 ks = pol. 567) a linky v pracovnách lékařů (m.č. 206, 208 a 210 – 3ks = pol. 568). Linky jsou blíže vyspecifikovány např. v technické zprávě D 1.1.01.1 (kap. 4.21 na str.19):

- „**kuchyňská linka** (v čajové kuchyňce a lékařských pracovnách) – jedná se o běžnou linku se spodními i horními skříňkami, s vestavěným kuchyňským dřezem v nerezovém provedení a s prostorem pro umístění vestavěné lednice do prostoru pod pracovní desku. U kuchyňské linky v čajové kuchyňce (m.č. 116) bude navíc v lince vestavěné umyvadlo a prostor pro vestavnou myčku.
- kuchyňská linka dl. 3,10 m (m.č. 116) 1 ks
- kuchyňská linka dl. 2,15 m (m.č. 206, 208 a 210) 3 ks „

Ad2) S ohledem na rozsáhlost akce, prosíme o upřesnění, kde přesně jste shledali **nesrovnalost u počtu svítidel**, abychom se mohli zaměřit na konkrétní problém, při namátkové kontrole jsme nenarazili na problém. Předem děkuji za upřesnění.

Ad3) svítidlo vyšetřovací stropní

Požadavky na přístroj:

svítidlo vyšetřovací stropní s LED technologií

součástí dodávky stropního svítidla je podstropní kotvící konstrukce

součástí dodávky stropního svítidla je ukotvení této konstrukce do stropu

Technické podmínky:

Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 100 000 lx

Průměr světelného pole 170 mm

Nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí 30 – 100% s LED indikací

Pracovní rozsah osvětlení cca 900 – 1600 mm

Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení – ramena otočná o 360°

Obecné požadavky na přístroj:

rozsah teploty chromatičnosti: cca 4 300°K

index podání barev Ra min. 99

maximální redukce stínů

životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin a 10 let provozu

ovládání svítidla na závěsu/korpusu svítidla

možnost sterilizovatelné rukojeti (opakovaně použitelné i jednorázové)

snadné čištění a desinfekce svítidel (použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu)

elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

napájení 230 V / 50 Hz

nízká hmotnost svítidla do – max. 10 kg

Požadavky na instalaci:

Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků. Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce

V Ústí nad Labem dne: 18.06.2024

.....
Ing. Gabriela Růžicková,
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek
v.z. Marek Sedlák