



Název veřejné zakázky: **Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. - část 5 - Sušicí skříň na endoskopy**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3906/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci pro část č. 5 „Sušicí skříň na endoskopy“ je požadováno vertikální zavěšení minimálně 8 endoskopů.

Chtěli bychom nabídnout sušicí skříň významného světového výrobce, ve které jsou endoskopy uloženy horizontálně. Sušení a skladování endoskopů v boxech nebo sítěch je pro endoskopy šetrnější, nedochází při něm k namáhání konstrukce endoskopů a není tolik výškově limitující pro obsluhující personál.

Neexistuje žádný medicínsky opodstatněný důvod, který by vedl k upřednostnění vertikálního skladování před horizontálním.

Bude zadavatel akceptovat nabídku skříně s horizontálním uložením endoskopů za současného splnění všech jeho zbývajících požadavků?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na požadavcích, které uvádí ve své technické specifikaci a nepřipouští nabídku skříně s horizontálním uložením endoskopů.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Gabriela Růžičková
Vedoucí odboru veřejných zakázek,
v.z. Marek Sedlák