

Název veřejné zakázky: **Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. - Část 1 - Mycí a dezinfekční automaty**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3906/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci (dále jen ZD) pro část 1 VZ v rámci předmětu plnění uvádí požadavek na *odbornou demontáž, přesun a odbornou instalaci* jedné stávající myčky Miele PG8528 v rámci prostor centrální sterilizace CS 1 (na úpravnu lůžek), tj. musí být odborně demontována a přesunuta do jiných prostor (viz prostory vymezené půdorysem, který je přílohou zadávací dokumentace) a následné opětovné odborné namontování a uvedení do řádného provozu.

V Příloze ZD č. 6a: *Rozklad nabídkové ceny* není tato položka pro nacenění uvedena. Uchazeč se domnívá, že by měl být z důvodu rozsahu prací daný přesun naceněn samostatně.

Uchazeč proto tímto žádá zadavatele o doplnění položky „Přesun stávající myčky Miele“ do Rozkladu nabídkové ceny.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel zveřejní upravenou přílohu, viz příloha č. 1 tohoto Vysvětlení ZD č. 1.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v rámci ZD požaduje *odbornou demontáž, přesun a odbornou instalaci* (viz dotaz č. 1 výše). Má uchazeč v rámci nabídky dokládat odbornost pro požadovaný přesun myčky?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, účastník musí ve své nabídce doložit oprávnění dle par. 46 zákona 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro



Dotaz č. 3:

Zadavatel v rámci ZD uvádí, že přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) bude zajištěn v rámci stavebních prací modernizace centrální sterilizace CS 1 až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje vybraný dodavatel v rámci předmětu plnění (tj. na své náklady).

Uchazeč ze svých zkušeností ví, že rozvody veškerých médií jsou vždy realizovány stavbou od zdroje až po koncové armatury u jednotlivých přístrojů, a to dle podkladů pro instalaci, které jsou zadavatelem požadovány v rámci nabídky dané veřejné zakázky. V návaznosti na provádění stavebních prací (zdění, rozvody médií, úpravy povrchů, zakládání konstrukcí ...), následné provádění tlakových zkoušek, revizí apod. je třeba provést veškeré instalace v rámci stavby.

Uchazeč prosí o informaci, zda bude ze strany zadavatele zajištěna před-instalační příprava rozvodů dle uchazečem předložených, případně se stavbou projednaných podkladů pro instalaci.

Odpověď na dotaz č. 3:

Účastník se domnívá správně, že předinstalační příprava rozvodů bude zajištěna zadavatelem v rámci stavebních prací.

Dotaz č. 4:

V Příloze ZD č. 2 – *Technická specifikace* zadavatel pro část 1 VZ uvádí požadavek u mycích a dezinfekčních automatů, že tyto musí umožňovat napojení na centrální dávkovací systém dezinfekce. V rámci technické specifikace však není dávkovací systém dezinfekce blíže popsán. Uchazeč se domnívá, že z důvodu kompletnosti dodávky by měl být centrální dávkovací systém dezinfekce řešen společně s dodávkou myček.

Uchazeč proto tímto žádá zadavatele o zvážení, zda by centrální dávkování dezinfekce nemělo být součástí předmětu plnění veřejné zakázky.

Odpověď na dotaz č. 4:

Centrální dávkování dezinfekce bude zajištěno zadavatelem v rámci stavebních prací.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Příloha č. 1: Příloha č. 6a - Rozklad nabídkové ceny_aktualizace dne 21.06.2024

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Gabriela Růžičková
Vedoucí odboru veřejných zakázek,
v.z. Marek Sedlák