



Název veřejné zakázky: **Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. - Část 2 - Parní sterilizátory**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3906/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Zadavatel v rámci ZD uvádí, že přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) bude zajištěn v rámci stavebních prací modernizace centrální sterilizace CS 1 až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje vybraný dodavatel v rámci předmětu plnění (tj. na své náklady).

Uchazeč ze svých zkušeností ví, že rozvody veškerých médií jsou vždy realizovány stavbou od zdroje až po koncové armatury u jednotlivých přístrojů, a to dle podkladů pro instalaci, které jsou zadavatelem požadovány v rámci nabídky dané veřejné zakázky. V návaznosti na provádění stavebních prací (zdění, rozvody médií, úpravy povrchů, zakládání konstrukcí ...), následné provádění tlakových zkoušek, revizí apod. je třeba provést veškeré instalace v rámci stavby.

Uchazeč prosí o informaci, zda bude ze strany zadavatele zajištěna před-instalační příprava rozvodů dle uchazečem předložených, případně se stavbou projednaných podkladů pro instalaci.

Odpověď na dotaz č. 1:

Účastník se domnívá správně, že předinstalační příprava rozvodů bude zajištěna zadavatelem v rámci stavebních prací.

Dotaz č. 2:

Dle Přílohy ZD č. 2 – *Technická specifikace* zadavatel požaduje pro část 2 VZ dodání

- 1 ks prokládacího parní sterilizátor velkého s integrovaným výměníkem technická pára x čistá pára + integrovaný elektrický vyvíječ páry
- 4 ks prokládacích parních sterilizátorů velkých: integrovaný výměník technická pára x čistá pára
- a dále 2 ks prokládacích parních sterilizátorů malých.

V Příloze ZD č. 6b: *Rozklad nabídkové ceny* jsou uvedeny položky „5 ks – Prokládací sterilizátor – velký“ a „2 ks – Prokládací sterilizátor – malý“.

Z důvodu rozdílné ceny u velkých parních sterilizátorů s integrovaným elektrickým vyvíječem páry a sterilizátorů bez něho žádá uchazeč zadavatele o úpravu dané přílohy, tj. rozdělení položky „5 ks – Prokládací sterilizátor – velký“ dle technické specifikace (umožňující samostatné nacenění velkého parního sterilizátoru s integrovaným elektrickým vyvíječem páry a velkých parních sterilizátorů bez něho).

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel zveřejní upravenou přílohu, viz příloha č. 1 tohoto Vysvětlení ZD č. 2.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Příloha č. 1: Příloha č. 6b - Rozklad nabídkové ceny_aktualizace dne 21.06.2024

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Gabriela Růžičková
Vedoucí odboru veřejných zakázek,
v.z. Marek Sedlák