

Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Dodávka zdravotnických přístrojů – 2016

Dotaz č. 1 – přesné znění dotazu

V popisu Multioborová elektrokoagulační jednotka jsou specifikovány dvě možnosti:

- Splňuje jednu z níže uvedených možností:
- A) možnost rozšíření systému o modul pro hybridní technologii - advanced bipolar + ultrazvuk, k zatažení cév až do velikosti 7 mm
nebo
- B) modul pro bipolární zatažení cév až do velikosti 7 mm

Uchazeč se domnívá, že takto stanovený požadavek zvýhodňuje variantu A), neboť dodavatel tohoto řešení pouze nabízí možnost rozšíření o další přístroj (modul) bez zohlednění ceny tohoto rozšíření. V případě varianty B) je uchazeč povinen dodat zařízení včetně modulu pro bipolární zatažení cév až do velikosti 7 mm a je tak cenově znevýhodněn. Uvedením těchto variant se stávají nabídky neporovnatelnými.

Bude zadavatel požadovat v případech A) i B) dodání komplexního systému pro bipolární koagulaci s modulem zatažení cév až do velikosti 7mm?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nebude požadovat dodání komplexního systému pro bipolární koagulaci s modulem pro zatažení cév do 7mm. Tyto varianty jsou uvedeny jen jako možnost rozšíření s tím, že nabízené zařízení musí umět s možným rozšířením ve variantě A) i B) komunikovat popř. pracovat a přitom výsledek při operaci u obou variant (modul hybridní technologie nebo modul pro bipolární zatažení cév do 7mm) by měl být srovnatelný.

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel