

Název veřejné zakázky: **Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. - část 5 - Sušicí skříň na endoskopy**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3906/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:


Zadavatel v technické specifikaci veřejné zakázky Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. (část 4 a 5) požaduje přenos dat do informačního systému Centrální sterilizace – Medix. Jakým způsobem tento systém komunikuje se zařízením třetích stran? Má systém Medix například API rozhraní? Pokud ano, jaké formáty podporuje?

Odpověď na dotaz č. 1:

Veškerá komunikace se bude provozovat přes middleware zadavatele (IRIS for health, Intersystems). V rámci zakázky je nutné splnit dvě podmínky

1. Přenášet data o mytí, sterilizaci elektronicky přes komunikační rozhraní dodavatele (minimálně v rozsahu pro MDR).
2. Poskytnou popis komunikačního rozhraní pro přenášení dat (oboustranný přenos).

V Ústí nad Labem dne: 25.06.2024


.....
Ing. Gabriela Růžicková
Vedoucí odboru veřejných zakázek,