

Název veřejné zakázky:	Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - část 1 - Plicní ventilátory vyšší třídy - část 2 - Plicní transportní ventilátory vyšší třídy
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	3951/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci pro **část 1 – Plicní ventilátory vyšší třídy** požaduje splnění parametru: „Obrazovka ventilátoru je dotyková nebo opatřena tlačítky nebo kombinace obou možností, která musí být provedena tak, aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru“.

Účastník by rád nabídnul zadavateli plicní ventilátory s dotykovou obrazovkou v kombinaci s tlačítky a mechanickým otočným ovladačem pod dotykovou obrazovkou s minimálním volným prostorem mezi tlačítky/otočným ovladačem a tělem ventilátoru. Na základě praktických a klinických zkušeností s ochranou displeje proti zatékání má účastník za to, že takové nabízené konstrukční řešení (IP21) je dostatečnou ochranou proti zatečení a že se jedná o nevýznamnou odchylku od požadavku zadavatele, která nemá negativní vliv na medicínský účel, pro který je tento zdravotnický prostředek pořizován.

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka s ventilátory s dotykovou obrazovkou v kombinaci s tlačítky a mechanickým otočným ovladačem pod dotykovou obrazovkou s minimálním volným prostorem mezi tlačítky/otočným ovladačem a tělem ventilátoru s krytím IP21?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na splnění parametrů dle technické specifikace.

Dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci pro **část 2 – Plicní transportní ventilátory vyšší třídy** požaduje splnění parametru: „Monitorování pomocí ovládací obrazovky, která je dotyková nebo opatřena tlačítky nebo kombinace obou možností, která musí být provedena tak, aby svrchní krycí vrstva ventilátoru přecházela bez přerušení přes ovládací tlačítko (tj. aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru) tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru. Ovládání i pomocí otočného ovladače.“

Účastník by rád nabídnul zadavateli plicní ventilátory s dotykovou obrazovkou v kombinaci s tlačítky a mechanickým otočným ovladačem pod dotykovou obrazovkou s minimálním volným prostorem mezi tlačítky/otočným ovladačem a tělem ventilátoru. Na základě praktických a klinických zkušeností s ochranou displeje proti zatékání má účastník za to, že takové nabízené konstrukční řešení (IP34) je dostatečnou ochranou proti

zatečení a že se jedná o nevýznamnou odchylku od požadavku zadavatele, která nemá negativní vliv na medicínský účel, pro který je tento zdravotnický prostředek pořizován.

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka s ventilátory s dotykovou obrazovkou v kombinaci s tlačítky a mechanickým otočným ovladačem pod dotykovou obrazovkou s minimálním volným prostorem mezi tlačítky/otočným ovladačem a tělem ventilátoru s krytím IP34?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel trvá na splnění parametrů dle technické specifikace.

V Ústí nad Labem dne: 01.07.2024

.....
Ing. Gabriela Růžičková
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek