

Název veřejné zakázky:	Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - část 2 - Plicní transportní ventilátory vyšší třídy
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	3951/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v Příloze č. 2b – ZD – Technické specifikace pro část 2 - Plicní transportní ventilátory vyšší třídy, následující parametr:

- Certifikace ventilátoru pro použití během transportu pacienta v sanitních vozidlech (DRNR, ZZS).

Uchazeč se domnívá, že zadavatel tímto deklaruje záměr pořídit takový transportní plicní ventilátor, jenž se standardně používá ve vozidlech ZZS, přičemž požadovaná certifikace pro použití během transportu pacienta v sanitních vozidlech (DRNR, ZZS) obsahuje i schválení pro provoz ventilátoru v okolním prostředí o teplotě v rozsahu minimálně -20 až 50 °C.

Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď na dotaz č. 1

Předpoklad účastníka je správný.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje v Příloze č. 2b – ZD – Technické specifikace pro část 2 - Plicní transportní ventilátory vyšší třídy, následující parametr:

- Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu. Zadavatel bude akceptovat alternativní technické řešení, které plně nahrazují vestavěnou turbínu jako zdroj hnacího tlaku a zajišťují dostatečnou dodávku medicínálního vzduchu pro ventilaci pacienta.

Uchazeč se domnívá, že zadavatel tímto požaduje takové technické řešení, které vzhledem k účelu použití zároveň maximalizuje využití kyslíku z tlakové lahve pro samotnou ventilaci pacienta. Tedy minimalizuje spotřebu kyslíku pro vlastní chod ventilátoru (interní spotřebu) na max. 1 L/min.

Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď na dotaz č. 2

Předpoklad účastníka je správný.

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje v Příloze č. 2b – ZD – Technické specifikace pro část 2 - Plicní transportní ventilátory vyšší třídy, následující parametr:

- Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, CPAP s tlakovou podporou (PS), neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada).

Uchazeč se domnívá, že zadavatel tímto deklaruje záměr pořídit takový transportní plicní ventilátor, jehož ventilační režimy umožňují synchronizaci řízených/mandatorních dechů a zároveň podporu spontánní aktivity pacienta. V těchto ventilačních režimech je z medicinského hlediska důležité sledovat dechovou minutovou ventilaci, tak i současně spontánní dechovou minutovou ventilaci za účelem vyhodnocení podílu spontánní dechové minutové ventilace na celkové dechové minutové ventilaci.

Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď na dotaz č. 3

Předpoklad účastníka je správný.

V Ústí nad Labem dne: 01.07.2024

.....
Ing. Gabriela Růžičková
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek