

Název veřejné zakázky: **Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. - Část 3 - Plazmový sterilizátor**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky  
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka  
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3906/2024**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1:

Přijme zadavatel nabídku na komoru s rozměry:

450x400x755 mm (šxvxh)?

### Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na požadavcích, které uvádí ve své technické specifikaci, tzn. min. rozměr sterilizační komory 400 x 500 x 700 mm (v x š x h).


### Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat zařízení s velikostí displeje 7 palců?

### Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na požadavcích, které uvádí ve své technické specifikaci, tzn. dotykový displej v češtině o uhlopříčce min. 12 palců.

V Ústí nad Labem dne: - 2 -07- 2024

  
.....  
Ing. Gabriela Růžičková  
Vedoucí odboru veřejných zakázek