

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Režim veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Zadavatel:

Výzva č. 1: Myčky podložních mís, KZ, a.s. - MNUL, NEMTP

Veřejná zakázka na dodávky
Nadlimitní veřejná zakázka
Otevřené řízení

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo:

4027/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č.2 Technická specifikace uvádí požadavek

- Elektronické nebo mechanické ovládání trysek

Dotaz:

Jakou formu ovládání má zadavatel na mysli? Standartně jsou všechny trysky ovládány automaticky čipem pro zajištění správného vymytí nádob.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel má tímto požadavkem na mysli elektronické nebo mechanické ovládání trysek během mytí, ne řízení procesu jako takového.

V Ústí nad Labem dne: 15.07.2024

.....
Ing. Gabriela Růžičková
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek