

## Poskytnutí dodatečných informací č. 5

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

### KZ – Pořízení zdravotnických přístrojů 2016

Dotaz č. 1:

Žádáme vyjasnění k bodu uvedenému v ZD, oddíl technická specifikace, kde je uvedeno:

o Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvicích komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

o KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicínálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

o KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

o KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

V ZD je dále uvedena projektová dokumentace na úpravu stávajících prostor. Chápeme tedy správně, že stavební úpravu prostor ze stávajícího stavu do stavu uvedeného v projektové dokumentaci, která je součástí ZD jako příloha VZ, ev.č. 639352 „Stavební úpravy 4.NP pavilonu B, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z.“- Mamografické centrum provede na vlastní náklady zadavatel?

Odpověď č.1:

Uchazeč provede pouze stavební práce související s instalací, montáží a zprovozněním dodávaného přístroje v provedených a dokončených prostorech. Dokončené prostory určené k instalaci dodávaného přístroje budou dodavateli předány v podobě dle PD zveřejněné na [https://zakazky.kzcr.eu/contract\\_display\\_815.html](https://zakazky.kzcr.eu/contract_display_815.html).

V Ústí nad Labem 25 -10- 2016

06



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel společnosti