

Název veřejné zakázky:	Výzva č. 1: Myčky podložních mís, KZ, a.s. - MNUL, NEMTP
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	4027/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1

Ráda bych se zeptala na bod technické specifikace, ve kterém se uvádí: teplota teplé vody maximálně 60 °C. Je možné, že se jedná o chybné zadání? Standardně myčky podložních mís používají k mytí teploty vyšší, aby se dosáhlo hodnoty A0, při které dochází k řádné dezinfekci vložených předmětů.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uznává, že tento bod je zadaný nejasně, proto na jeho splnění netrvá. Je ale důležité, aby teplota vody odpovídala příslušným normám, při kterých výrobce garantuje dosažení hodnoty A0, vzhledem k tomu, že se jedná o dezinfekci bez použití chemických látek

V Ústí nad Labem dne: 18.07.2024

.....
Ing. Gabriela Růžičková
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek