

Poskytnutí dodatečných informací č. 7

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

KZ – Pořízení zdravotnických přístrojů 2016

Dotaz č. 1

Pasáž v ZD: Příloha č.3 ZD, technická specifikace, část 4 rtg. přístroj s C-ramenem, str. 11

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje boční vyklonění C ramene rtg. přístroje „ v rozsahu +/- 12° “. U převážné většiny rtg. přístrojů s C-ramenem, včetně přístrojů nejvyšší kategorie, se ale hodnota tohoto parametru pohybuje téměř výhradně v rozsahu +/- 10°. Přestože Zadavatel připouští toleranci 10%, tak v tomto konkrétním parametru nemá žádný praktický vliv. Jedná se o velmi nevýznamnou odchylku, která nemůže mít vliv na technickou úroveň a klinicko-medicínské užití přístroje.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku na rtg. přístroj s C ramenem předního světového výrobce, jehož boční vyklonění je v rozsahu +/- 10°?

Odpověď č.1:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v příloze číslo 3 zadávací dokumentace, technická specifikace.

Dotaz č. 2

Pasáž v ZD: Příloha č.3 ZD, technická specifikace, část 4 rtg. přístroj s C-ramenem, str. 14

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje aby přístroj jako Dicom modalita posílal „ ve své Dicom hlavičce korektně 5 standardních položek. Tři z nich obsahují „minimální počet nastavitelných znaků“ - ID InstitutionName (25), ID InstitutionAddress (40) a ID DepartmentName (15). Žádáme Zadavatele, zda by potvrdil, že se tolerance +/- 10% vztahuje také na tyto číselné parametry.

Odpověď č.2:

Zadavatel potvrzuje, že se tolerance +/- 10% vztahuje na uvedené číselné parametry.

V Ústí nad Labem 03 -11- 2016

06  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel společnosti