

Název veřejné zakázky: **Dodávky diagnostických souprav s výpůjčkou laboratorních přístrojů pro oddělení laboratorní imunologie**

- Část 1 - Diagnostické soupravy s výpůjčkou zařízení pro metodu ELISA
- Část 2 - Diagnostické soupravy s výpůjčkou fluorescenčního mikroskopu
- Část 3 - Diagnostické soupravy s výpůjčkou procesoru pro imunoblot/dot

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3992/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení požaduje, aby účastník stanovil náklady na jednotlivé stanovení. V zadávací dokumentaci je dostupný počet vyšetření za 12, respektive 60 měsíců. Nicméně k přesnému výpočtu je třeba znát frekvenci stanovení jednotlivých vyšetření a vzorků, které se stanovují v rámci jednoho běhu, taky aby byla správně vypočtena celková spotřeba včetně kontrolního materiálu (kalibrátory či kontroly). Bez těchto údajů není možné náklady vyčíslit.

Odpověď č. 1:

Zadavatel doplnil do Přílohy č. 6 - Rozklad nabídkové ceny - část 1,2,3,4 pro část 1-3 frekvenci stanovení a odhad počtu vzorků v 1 sérii. Aktuální znění je uvedené v hlavní části zakázky na e-zaku.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci na 1. straně i v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Rozklad nabídkové ceny - je předpokládaná doba plnění 60 měsíců. Ve smlouvách je však počítáno s uzavřením na 48 měsíců. Příloha č. 7., kterou by dle seznamu na konci zadávací dokumentace mělo být vzorové čestné prohlášení k mezinárodním sankcím, chybí. Prosíme o prověření.

Odpověď č. 2:

Zadavatel opravil dobu trvání rámcové dohody na 48 měsíců v Zadávací dokumentaci a Příloze č. 6 - Rozklad nabídkové ceny - část 1,2,3,4 pro část 1-3. Dále byla doba trvání rámcové dohody upravena na dobu 36 měsíců v Příloze č. 4d_Obligatoční návrh rámcové dohody - část 4. Aktuální znění je uvedené v hlavní části zakázky na e-zaku.


Příloha č. 7 - Vzor čestného prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím je uveden správně v záložce Zadávací dokumentace v hlavní části zakázky na e-zaku.

Dotaz č. 3:

V čl. VII - Reklamace, záruka za jakost – v odst. 6 se píše, že lhůta pro odstranění vady nepřekročí 3 pracovní dny, v odst. 7 se pak ale píše o situaci, kdy nebude možné opravit na místě předmět výpůjčky do 3 kalendářních dnů, že poskytneme do 24 hodin náhradní přístroj – předpokládáme správně, že je počítáno s lhůtou do 3 pracovních dnů?

Odpověď č. 3:

Předpoklad účastníka je správný. Zadavatel upravil pro všechny části veřejné zakázky v Přílohách č. 4a-d_Obligatorní návrh rámcové dohody - část 1-4 v článku VII - Reklamace, záruka za jakost, odst. 7 takto: V případě, že nebude možné opravit předmět výpůjčky na místě **do 3 pracovních dnů** od nahlášení vady, poskytne půjčitel nejpozději **do 48 hodin** po uplynutí lhůty k opravě až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní předmět výpůjčky, a to bezplatně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dovoz a odvoz náhradního předmětu výpůjčky zajistí půjčitel na vlastní náklady. Aktuální znění je uvedené **v hlavní části zakázky**.



V Ústí nad Labem dne: 30-07-2024

MUDr. Taťána Scharová
generální ředitelka