

Flexibilní cystoskop pro urologickou ambulanci Litoměřice

Popis:

Zadavatel požaduje flexibilní cystoskop pro vyšetření močového trubice a močového měchýře na urologickou ambulanci.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks Flexibilní cystoskop pro urologickou ambulanci

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Flexibilní cystoskop

- Šířka zorného pole minimálně 110°
- Hloubka zorného pole cca. 3 - 50 mm
- Pohyb distálního konce do všech čtyř stran (nahoru/dolu minimálně 210°/120°)
- Vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 2,5 mm (7,2 Fr)
- Vnější průměr zaváděcího tubusu maximálně 5,5 mm (16,5 Fr)
- Pracovní délka minimálně 380 mm
- Kompletní sestava příslušenství pro okamžité použití dodávaného přístroje
- Set pro tlakovou zkoušku pláště cystoskopu
- Tester těsnosti v případě nutnosti prováděná zkoušky těsnosti před použitím
- Sterilizační kazeta
- Propojitelný a plně funkční se zdrojem světla Richard Wolf – LP 4251.001*

* Richard Wolf – LP 4251.001 - Uvedení konkrétního názvu stávajícího vybavení je nutné pro plné zajištění kompatibility. Stanovení technických podmínek podle § 89 odstavce 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení, které však musí být plně kompatibilní s komponenty, které jsou používány u zadavatele.