

Název veřejné zakázky: **Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. – Sušicí skříň na endoskopy II.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: režim nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4069/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č.1:


Žádáme o vysvětlení požadavku na vertikální zavěšení, neboť veškeré evropské normy a směrnice dovolují uložení endoskopů jak horizontálně, tak i vertikálně, a neexistuje opodstatněný důvod preferovat pouze jeden druh uložení endoskopů.

Odpověď na dotaz č. 1:

Pokud je sušicí skříň, kterou nabízíte, kompatibilní pro všechny uvedené endoskopy, je možno vámi nabízené řešení připustit.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **26-08-2024**


.....
Ing. Gabriela Růžicková
Vedoucí odboru veřejných zakázek