

Název veřejné zakázky: **Poptávkové řízení 126/OVZ/2024 - Mobilní ochranný štít proti rentgenovému záření pro Kardiologickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **Poptávkové řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4074/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Termín dodání od podpisu smlouvy je nereálný, pojízdné ochranné štíty jsou vyráběny na zakázku a dodací lhůta je v tomto roce cca 12 týdnů od objednání.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel již připustil prodloužení doby dodání na 12 týdnů ode dne účinnosti smlouvy, návrh smlouvy byl aktualizován a vložen mezi soubory zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

Zakoupením tohoto štítu nevznikají uživateli žádné povinnosti, jako kontroly BTK, revizní kontroly atd. ani následný servis, pokud nedojde k poškození zařízení vinou uživatele, proto tyto případy nelze předem nacenit.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel **upouští** od požadavku na pozáruční servis. Aktualizovaný návrh smlouvy bude vložen mezi soubory zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3

Přesné parametry pojízdného ochranného štítu jsou:
ochranná plocha 1870 x 1300 mm a max. rozměry včetně koleček 1970 x 1670 x 665 mm,
ekvivalent Pb celého štítu je 1,0 mm Pb.

Odpověď na dotaz č. 3

Minimální a maximální hodnoty daných parametrů jsou zadavatelem stanoveny v rámci technické specifikace.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Gabriela Růžičková
Vedoucí odboru veřejných zakázek