

Poskytnutí dodatečných informací č. 3

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní, a.s. – Rámcová smlouva“

Dotaz č. 1

Lze dodat sanitní automobil s minimální šířkou patientského prostoru po obložení omyvatelným materiálem na podlaze 1700mm při dodržení všech ostatních požadavků Zadávací dokumentace?

Odpověď č. 1

Veřejná zakázka byla vyhlášena na základě poznatků získaných z předběžného průzkumu trhu. Na základě požadavku na maximální možný komfort a bezpečnou manipulaci s imobilními pacienty Zadavatel trvá na splnění technických požadavků zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

Dostačuje pro plnění Zadávací dokumentace, pokud je tato šířka patientského prostoru naměřena pouze na podlaze sanitního vozu?

Odpověď č. 2

Na základě dotazu ve věci konkrétního místa měření šíře patientského prostoru Zadavatel požaduje, zajištění uvedené šíře 1865 mm po obložení omyvatelným materiálem v celém prostoru třech předních sedadel umístěných mezi nosítky a přepážkou. Celý prostor předních sedadel lze definovat od spodní hrany sedadel pod spodní hranu okna na levém boku vozidla a okna v bočních posuvných dveřích na pravém boku vozidla. Tento prostor je nezbytný pro zajištění dostatečného pohodlí přepravovaných pacientů. Druhým prostorem pro naměření minimální šíře je zadní část patientského prostoru mezi podběhem vozidla a rámem zadních dveří v obdobné výšce jako přední prostor. Tento prostor je nezbytný pro bezpečnou manipulaci s pacienty přepravovanými na transportní technice. Rozměr se uvádí bez instalace skříněk, sedadel, zdravotnických přístrojů a vybavení. Pro názornější představu (upřesnění) Zadavatel přikládá schematický náčrt, kde popisovaný prostor je červeně označen trojúhelníkovitým šrafováním a kótami.

Na základě výše uvedené odpovědi na dodatečné informace zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek na **12 -12- 2016** v **10:00 hod.**

V Ústí nad Labem dne: **15 -11- 2016**



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel



