

Mobilní stojan s výhřevní jednotkou

Popis: Mobilní stojan s výhřevní jednotkou pro novorozence na oddělení COS, CS
Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks Mobilní stojan s výhřevní jednotkou

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Mobilní stojan s výhřevní jednotkou

- Mobilní stojan na kolečkách, z toho minimálně 2 kolečka s brzdou
- Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření s možností polohování
- Výkon maximálně 500 W
- Provozní režimy:
 - Manuální nastavení intenzity vyhřívání
 - Automatický režim intenzity vyhřívání
 - Předehřívací režim bez rušivých alarmů (dlouhodobý provoz v pohotovosti)
- Monitorování teploty se zobrazením na centrálním displeji
- Kožní teplotní senzor
- Integrované vyšetřovací světlo
- Intenzita osvětlení minimálně 600 Lx
- Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy
- Součástí musí být
 - Časovač APGAR
 - Časovač KPR
- Umístění police a dalšího příslušenství na stojan
- Napájení 230V