

Název veřejné zakázky: **Štěrbínová lampa pro oční ambulanci Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o. z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4063/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel stanovuje v požadované technické specifikaci "Nastavení PD (pupilární distance) v rozsahu minimálně 50 až 70 mm". Bude zadavatel akceptovat PD vzdálenost v rozmezí 52 mm až 80 mm?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští navrhovaný rozsah PD.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Gabriela Růžicková
Vedoucí odboru veřejných zakázek