

Vertikalizační stůl pro vyšetření HUTT

Vertikalizační stůl pro vyšetření HUTT (head-up tilt test, test na nakloněné rovině) je nezbytnou součástí vybavení Kardiologické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajské zdravotní, a. s.

1.1 Obecné požadavky:

- 1 ks vertikalizačního stolu pro kardiologické vyšetření HUTT
- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a ve znění pozdějších předpisů
- Snadno omyvatelný a dezinfikovatelný povrch ložní plochy dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

1.2 Minimální technické požadavky:

Vertikalizační stůl

- Jednodílná ložná plocha se zarážkou pro nohy při vertikalizaci
- Rozměry ložné plochy minimálně 60x200 cm
- Motorizovaná vertikalizace stolu v rozsahu minimálně 0°-87°
- Nastavení vertikalizace pomocí úhloměru
- Rychlé sklopení do horizontální polohy z důvodu možnosti rychlé reakce personálu při kolapsu pacienta
- Nosnost minimálně 150 kg
- Možnost fixace pacienta minimálně na třech místech (oblast nohou, pánve/břicha a hrudníku) širokými pásy – šířka pásů minimálně 10 cm
- Fixační pásy s nastavitelnou délkou musí pacienta udržet ve vertikalizované poloze a ve vertikalizované poloze při celkovém kolapsu pacienta
- Fixační pás hrudníku musí být dostatečně široký a přizpůsobený tak, aby udržel pacienta ve vertikalizované poloze a nezařezával se do těla pacienta
- Polstrovaní ložné plochy

1.3 Požadované příslušenství:

- Sada fixačních pásů (nohy, pánve/břicho, hrudník) **2 ks**
- Napájecí kabely
- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.