

Název veřejné zakázky: **Poptávkové řízení 131/OVZ/2024 - Chirurgická vrtačka pro Oddělení dětské chirurgie Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.**  
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**  
Druh zadávacího řízení: **Poptávkové řízení**  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **4102/2024**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje nástavec:

1 ks .....Nástavec na K-dráty, pro průměr drátů v rozsahu minimálně 0,6 – 3,2 mm (možno dodat i více nástavců pro splnění požadovaného rozsahu)

Uchazeč disponuje nástavcem na K-dráty s rozmezím 0,7-4,0 mm. Bude zadavatel akceptovat nástavec s uvedeným rozsahem?

### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel **trvá** na dodržení parametru stanoveném technickou specifikací.

### Dotaz č. 2

Dále zadavatel v technické specifikaci požaduje nabíjecí stanici s poznámkou:

Pozn.: Stanice nemusí být součástí, pokud nabíjecí stanice stávajících vrtacích systémů na pracovišti je kompatibilní s bateriemi nabízeného zboží a splňuje výše uvedené požadavky.

Uchazeč se ptá, jakým typem nabíjecích stanic zadavatel disponuje a od jakých výrobců?

### Odpověď na dotaz č. 2

Nabíječky jsou:

- 2 kusy BC 700 výrobce de Soutter Medical
- 1 kus Universal Battery Charger II výrobce Synthes

### **Dotaz č. 3**

Zadavatel uvádí v příloze č. 3 ZD – „Návrh kupní smlouvy“ v čl. VI - Pozáruční servis bod 3: „Za poskytování pozáručního servisu se kupující zavazuje zaplatit celkovou částku ..... (doplní prodávající) Kč bez DPH, jejíž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Úplata za poskytování pozáručního servisu bude kupujícím hrazena průběžně v ročních platbách na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného vždy k prvnímu dni následujícího roku. Výše roční platby bude vždy zahrnovat úplatu za činnosti pozáručního servisu poskytnuté v předcházejícím kalendářním období. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol (příp. protokoly) o provedení pozáručního servisu podepsaný oběma smluvními stranami.“

Uchazeč si dovoluje informovat zadavatele, že periodicita servisních úkonů u nabízeného přístroje je určena výrobcem v Návodu k použití /IFU. Dle aktuálního IFU jsou zde výrobcem rozepsány periodicity servisních úkonů pro jednotlivé položky. Výrobce u nabízeného systému požaduje pravidelnou kontrolu po 24 měsících a u akumulátoru po 18 měsících.

### **Odpověď na dotaz č. 3**

Zadavatel **připouští** změnu fakturace plateb za pozáruční servis.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....  
Ing. Gabriela Růžičková  
Vedoucí odboru veřejných zakázek