

Technická specifikace

Pásový schodolez pro mechanický a elektrický vozík

Pásový schodolez na Rehabilitaci Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a.s.

Obsahové požadavky:

- 1 ks Pásový schodolez pro mechanický a elektrický vozík
- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů
- Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

Minimální technické požadavky:

- Použití pro mechanický i elektrický vozík
- Minimální hmotnost přepravované osoby vč. invalidního vozíku je 150kg
- Použití u typů schodišť s úhlem schodů minimálně 30°
- Možnost výběru minimálně ze tří rychlostí
- Minimální dojezd na jedno nabití: 25 poschodí
- Vybaven pojezdovými kolečky
- Elektronická ochrana proti přetížení
- Kontrola náklonu
- Nouzové tlačítko STOP
- Znovu nabíjitelná baterie
- Ruční ovládání na řídítkách
- Bezpečnostní pás
- Nastavitelná opěrka hlavy
- Kotvící rampové kurty
- Nájezdové ližiny

Požadované příslušenství:

- Veškeré příslušenství pro uvedení zařízení do provozu a plnění účelu
- Nabíjecí kabel