

Název veřejné zakázky: **Poptávkové řízení 139/OVZ/2024 - REHABILITACE - Kolečkový schodolez pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Druh zadávacího řízení: **Poptávkové řízení**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4134/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Při vámi požadované nosnosti schodolezu 150 kg předpokládá zadavatel, že by byl využit, přepravován, buď mechanický vozík vezoucí pacienta, anebo elektrický vozík bez pacienta?

Komentář: Schodolez pro použití elektrického i mechanického vozíku je technicky neřešitelný, nebo alespoň nám není řešení známo. Důvodem je to, že elektrický vozík má sám o sobě hmotnost cca 120 kg a na uživatele by tak při vámi požadované nosnosti zbylo pouze 30 kg.

Odpověď na dotaz č. 1

Pracoviště pracuje téměř výhradně s mechanickými vozíky, proto bude postačující schodolez s nosností minimálně 150 kg, tato nosnost zahrnuje jak vozík (mechanický), tak pacienta.
Technická specifikace stanovuje předmětný parametr v minimální výši.

Dotaz č. 2

Pokud by se u přepravy elektrického vozíku jednalo pouze o manipulaci s vozíkem bez pacienta, je možno pro tento účel nabídnout řešení, kdy schodolez v tom případě nemá nájezdové ližiny, ale je možno elektrický vozík fixovat za zádovou opěrku?

Odpověď na dotaz č. 2

S variantou přepravy pouze vozíku bez pacienta se na oddělení nepočítá.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Gabriela Růžicková
Vedoucí odboru veřejných zakázek