

Název veřejné zakázky:	Telemetrický systém pro Kardiologickou kliniku - Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	4073/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V technické specifikaci u telemetrických vysílačů je požadováno: "Při pohybu pacienta nesmí docházet ke ztrátě dat vlivem přepojování vysílače mezi přístupovými body telemetrické sítě."

Pro spolehlivé telemetrické monitorování pacientů spočívající především v okamžitém zachytu život ohrožujících arytmií předpokládáme, že nesmí docházet ke ztrátě dat v reálném čase tak, aby byla zajištěna bezpečnost pacienta, tzn. že má být zajištěno průběžné bezvýpadkové přepojování telemetrických vysílačů mezi jednotlivými přístupovými body sítě při pohybu pacienta (telemetrického vysílače) po oddělení. Je náš předpoklad správný?

Odpověď na dotaz č. 1

Předpoklad účastníka je správný.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Kateřina Kolací
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek