

Technická specifikace

Kolečkový schodolez

Kolečkový schodolez na Rehabilitaci Masarykovy Nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- 1 ks Kolečkový schodolez
- Přístroj musí být certifikovaný pro použití ve zdravotnictví
- Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

Minimální technické požadavky:

- Minimální nosnost je 130 kg
- Možnost výběru minimálně ze dvou rychlostí
- Minimální dojezd na jedno nabití: 300 schodů
- Elektronická ochrana proti přetížení
- Kontrola náklonu
- Nouzové tlačítko STOP
- Znovu nabíjitelná baterie
- Ruční ovládání na řídicích
- Bezpečnostní pás
- Nastavitelná opěrka hlavy

Požadované příslušenství:

- Veškeré příslušenství pro uvedení zařízení do provozu a plnění účelu
- Nabíjecí kabel