

Cytocentrifuga

Popis:

Nákup cytocentrifugy pro Oddělení laboratorního komplementu KZ Nemocnice Teplice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks Cytocentrifuga

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Cytocentrifuga

- Centrifuga určená pro zpracování tekutých cytologických vzorků
- Rotor s minimální kapacitou 4 - 8 cytologických vzorků v jednom běhu
- Komůrky pro vzorky s kapacitou do 0,5 ml
- Komůrky pro vzorky k opakovanému použití
- Nerezové klipy pro opakované použití
- Filtrační papír jednorázový
- Otáčky nastavitelné v rozmezí minimálně 200 – 2000 rpm
- Centrální procesorová jednotka pro řízení času a rychlosti
- Nastavení času centrifugace minimálně do 99 minut
- Funkce rychlého odstředování
- Funkce STOP
- Možnost programování
- Alarm při nevyvážení
- Součástí dodávky musí být všechno příslušenství potřebné pro uvedení přístroje do provozu

SZM – filtrační papír 500ks/rok