

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

s názvem:

„Dodávka ultrazvuků pro Krajskou zdravotní a.s.“

Část 1

UZV přístroj s Dopplerem pro oddělení nefrologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v technické specifikaci v „Sondy“ lineární sondu s frekvenčním rozsahem min. 4 – 13 MHz.

Bude zadavatel akceptovat sondu s rozsahem 5 – 13 MHz ?

Odpověď č. 1

Zadavatel bude akceptovat sondu s nabízeným rozsahem.

Na základě výše uvedené odpovědi na dodatečné informace zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek na **16.1.2017 v 10:00 hod.**

V Ústí nad Labem dne:

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel