

Akce: Oprava nástěnných lůžkových ramp na psychiatrickém oddělení.

požadavky:

1 kus (ECT vyšetřovna)

nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délky 3600mm s výbavou specifikovanou pro 1lůžko následovně:

- 2x medilišta 400mm / 20kg
- příprava pro dorozumívací systém sestra x pacient
- 1 x osvětlení přímé ovládaní z rampy (klasický kolébkový vypínač) o výkonu 14 W
- 1 x nepřímé osvětlení z rampy (ovládané ode dveří) o výkonu 39 W
- 4 x zásuvka RJ 45/6a (zakončená v stávajícím rozvaděči RD16)
- 4 x zásuvka (bílá)
- 4 x zásuvka pospojení
- 1 x rychlospojka O2

1 kus (ECT vyšetřovna)

nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délky 1800mm s výbavou:

- 2x medilišta 400mm / 20kg
- příprava pro dorozumívací systém sestra x pacient
- 1 x osvětlení přímé ovládaní z rampy (klasický kolébkový vypínač) o výkonu 14 W
- 1 x nepřímé osvětlení z rampy (ovládané ode dveří) o výkonu 39 W
- 4 x zásuvka RJ 45/6a (zakončená v stávajícím rozvaděči RD16)
- 4 x zásuvka (bílá)
- 4 x zásuvka pospojení
- 1 x rychlospojka O2

2 kusy (pokoje izolace)

nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délky 1800mm s výbavou:

- 1 x osvětlení přímé ovládaní z rampy (klasický kolébkový vypínač) o výkonu 14 W
- 1 x nepřímé osvětlení z rampy (ovládané ode dveří) o výkonu 39 W
- 4 x zásuvka RJ 45/6a (zakončená v stávajícím rozvaděči RD16)
- příprava pro dorozumívací systém sestra x pacient
- 2 x zásuvka (bílá)
- 1 x rychlospojka O2

součástí dodávky a montáže budou veškeré revize