

Název veřejné zakázky: **Vzdálený bezdrátový displej k monitoru vitálních funkcí Expression MR400 pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka dodávky**
Režim veřejné zakázky: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4135/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V příloze č. 2 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, která tvoří součást zadávací dokumentace k předmětné VZ, požaduje zadavatel mj. bezdrátový přenos dat a komunikaci včetně přenosu dat do nemocničního systému komunikačním protokolem HL7/RS232.

Bude zadavatel akceptovat propojení s nemocničním informačním systémem (NIS) komunikačním protokolem HL7 pouze drátovou metodou?

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat propojení s nemocničním informačním systémem (NIS) komunikačním protokolem HL7 drátovou metodou.

Dotaz č. 2:

V příloze č. 2 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, která tvoří součást zadávací dokumentace k předmětné VZ, požaduje zadavatel dodání příslušenství, a to mj. bezdrátové klávesnice a myši.

Bude zadavatel akceptovat dodání řešení bez klávesnice a myši?

Odpověď č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat řešení bez klávesnice a myši.

Dotaz č. 3:

V příloze č. 2 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, která tvoří součást zadávací dokumentace k předmětné VZ, požaduje zadavatel dodání příslušenství, a to mj. bezdrátového snímače čárových kódů.

Bude zadavatel akceptovat dodání řešení bez snímače čárových kódů?

Odpověď č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat řešení bez snímače čárových kódů.

Dotaz č. 4:

V příloze č. 2 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, která tvoří součást zadávací dokumentace k předmětné VZ, požaduje zadavatel splnění normy 802.11.

Bude zadavatel akceptovat rádiovou metodu propojení hostitelského monitoru a vzdáleného displeje?

Odpověď č. 4:

Ano, zadavatel bude akceptovat propojení hostitelského monitoru a vzdáleného displeje rádiovou metodou.

V Ústí nad Labem dne:

V Z.
Mgr. Kateřina Kolací
vedoucí odboru veřejných zakázek