

Název veřejné zakázky: **Vzdálený bezdrátový displej k monitoru vitálních funkcí Expression MR400 pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka dodávky**
Režim veřejné zakázky: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4135/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel odpověděl k našemu dotazu č. 4, že akceptuje námi navrhované řešení, svůj požadavek na splnění normy 802.11 v rámci kybernetické bezpečnosti však v aktualizované příloze č. 2 ZD Technická specifikace ponechal. Domníváme se, že odpověď zadavatele není nyní v souladu s jeho požadavkem v technické specifikaci.

Odpověď č. 1:

Zadavatel odstranil v Technické specifikaci požadavek na splnění normy 802.11. V rámci požadavků na kybernetickou bezpečnost bude zadavatel nyní požadovat pouze: Splnění obecných požadavků na provedení a kvalitu ICT a Bezdrátový přenos nesmí ovlivnit ostatní zdravotnickou.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Kateřina Kolací
vedoucí odboru veřejných zakázek