

Název veřejné zakázky: **Operační stoly pro oddělení Kardiochirurgie a COS - Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4029/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze ZD „Příloha č. 2_Technická specifikace.docx“ ve všech 3 částech Operační stoly:
Operační stoly pro Kardiochirurgii – 2 ks celkem
Operační stoly pro Centrální operační sály (COS) – 5 ks celkem
Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ - Operační stoly pro COS požaduje:

- „musí umožňovat navázat operační desku na základnu systému obousměrně (hlava-nohy), systém musí být vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství - s automatickým rozpoznáváním orientace desky“

Dotaz 1: *Tento systém máme v nabídce. Můžeme však nabídnout i boční navázení zprava nebo zleva, které je mnohem výhodnější pro manipulaci s deskou na operačním sále. Bude zadavatel akceptovat i boční navázení desek stolu?*

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Kateřina Kolací
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek