

Název veřejné zakázky: **Horkovzdušný sterilizátor pro oddělení klinické mikrobiologie
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z.**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4165/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci požadujete výšku polic min. 25 cm - je tímto myšlen rozestup mezi policemi? Při objemu 400 l můžeme nabídnout přístroj s vnitřní výškou 720 mm, kdy při použití požadovaných 4 ks polic vznikne prostor cca 17 cm. Bude tento prostor pro Vás dostatečný? Příp. lze použít menší počet polic? Ve standardní dodávce jsou 2 ks. Vnitřní šířka přístroje je 1040 mm.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští nižší počet polic, min. 2 ks, za současného dodržení požadovaného rozestupu min. 25 cm mezi policemi.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Kateřina Kolací
Vedoucí odboru veřejných zakázek