

Kupní smlouva

Stargen EU s.r.o.

se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
IČO: 28487150
DIČ: CZ28487150
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145163
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: Ing. Martinem Kalošem, jednatelem; Ing. Radimem Celeckým, jednatelem; Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jako „**prodávající**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: MUDr. Jiřím Laštůvkou, zmocněným k výkonu funkce generálního ředitele
kontaktní údaje: [REDACTED]
kontakt ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jako „**kupující**“)

spolu jako smluvní strany dnešního dne uzavírají tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“).

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem „**Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. II**“.

Účelem této smlouvy je zajištění nákupu níže uvedeného předmětu koupě a jeho plné provozuschopnosti prodávajícím, a zajištění oprav a náhradních dílů dle této smlouvy.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je věc: počítačový tomograf Revolution Ascend včetně příslušenství (dále i jako „přístroj“ nebo „zboží“).

2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Nabídka č. 49-4-58 ze dne 8.10.2024, která tvoří její nedílnou součást.
3. Předmětem této smlouvy je i:
 - realizace stavební připravenosti v souladu se zadávací dokumentací včetně jejich příloh,
 - doprava zboží do místa plnění,
 - montáž zboží,
 - instalace zboží,
 - uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
 - provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
 - instruktáž zdravotnických pracovníků zadavatele dle § 41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“), včetně vystavení protokolu o instruktáži. Pokud výrobce zdravotnického prostředku nestanovil povinnost instruktáže osoby používající nebo obsluhující daný zdravotnický prostředek v návodu k použití tohoto zdravotnického prostředku, dodavatel seznámí zdravotnické pracovníky kupujícího s návodem k použití zdravotnického prostředku a seznámí je s riziky spojenými s jeho používáním, o kterém vystaví protokol,
 - vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 41 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích (pokud výrobce zdravotnického prostředku stanovil povinnost instruktáže osoby používající nebo obsluhující daný zdravotnický prostředek v návodu k použití tohoto zdravotnického prostředku),
 - předání dokladů dle čl. III. této smlouvy,
 - záruční servis a pozáruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,
 - likvidace obalového materiálu,
 - demontáž stávajícího přístroje,
 - ekologická likvidace stávajícího přístroje vč. vystavení protokolu o této likvidaci.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.
5. Prodávající se touto smlouvou současně zavazuje, že v případech, kdy se nejedná o záruční nebo pozáruční servis dle této smlouvy, zajistí za obvyklou cenu opravu a náhradní díly zboží po dobu jeho životnosti, tj. po dobu **120 měsíců** od předání zboží, jejíž zejména cenové podmínky budou upraveny samostatnou smlouvou.

Článek II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 11 750 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. Ke kupní ceně dle čl. II. odst. 1. této smlouvy bude připočtena DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle odst. 1. a 2. tohoto článku je cenou nepřekročitelnou a cenou konečnou zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuty i veškeré náklady na plnění podle článku I. odst. 3., s výjimkou pozáručního servisu, jehož úhrada je upravena samostatně v čl. VI. této smlouvy.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím dle této smlouvy.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
 - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu (faktury),

- soupis příloh.

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III. odst. 2. a 3. smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).

6. Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí licence na užívání software, daňový doklad (faktura) musí dále obsahovat všechny náležitosti nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM, také jejich cenu.
7. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
8. V případě, že prodávající uvede v daňovém dokladu (faktuře) jiný bankovní účet než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k daňovému dokladu (faktuře) o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře)) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplacným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího. V opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.
9. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Prodávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
10. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 30 kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
11. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby z bankovního účtu kupujícího na příslušný účet prodávajícího.
12. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do **31. 12. 2024**. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího **minimálně 14 pracovních dní předem**. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn výše uvedený termín předání opakovaně jednostranně posunout, nejdéle však o 6 měsíců od původně stanoveného termínu. Případné posunutí termínu předání předmětu plnění kupujícím nebude smluvními stranami považováno za prodlení kupujícího s převzetím předmětu plnění, a nebude zakládat žádné právo prodávajícího na náhradu jakékoliv újmy, která by mu případně s takovým posunutím termínu předání předmětu plnění vznikla. Pro případ, že posunutí termínu předání předmětu plnění bude ze strany kupujícího delší než 6 měsíců, bude prodávající oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: [REDACTED]

Pověřeným zástupcem kupujícího jsou:

1) [REDACTED]

2) [REDACTED]

nebo jiný pověřený pracovník OOKC kupujícího.

2. Za předání zboží se považuje:

- a. *dodání zboží na adresu:*
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
RDG oddělení
Kochova 1185, 430 12 Chomutov, a
- b. *demontáž stávajícího přístroje, a*
- c. *realizace stavební připravenosti v souladu se zadávací dokumentací včetně jejich příloh, a*
- d. *montáž zboží, a*
- e. *instalace zboží, a*
- f. *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, a*
- g. *provedení všech převímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, a*
- h. *instruktáž zdravotnických pracovníků kupujícího, včetně vystavení protokolu o instruktáži; pokud výrobce zdravotnického prostředku nestanovil povinnost instruktáže osoby používající nebo obsluhující daný zdravotnický prostředek v návodu k použití tohoto zdravotnického prostředku, dodavatel seznámí zdravotnické pracovníky kupujícího s návodem k použití zdravotnického prostředku a seznámí je s riziky spojenými s jeho používáním, o kterém vystaví protokol, a*
- i. *vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 41 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích (pokud výrobce zdravotnického prostředku stanovil povinnost instruktáže osoby používající nebo obsluhující daný zdravotnický prostředek v návodu k použití tohoto zdravotnického prostředku), a*
- j. *dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů, a*
- k. *v případě zboží, které je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazeno jako stanovené měřidlo, případně dodané zboží je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, dodání dokladů o prvotní kalibraci či metrologickém ověření, a*
- l. *likvidace obalového materiálu, a*
- m. *ekologická likvidace stávajícího přístroje vč. vystavení protokolu o této likvidaci.*

3. Zvláštní požadavky:

- a. *je-li předmětem smlouvy i dodání licencí na užívání software, prodávající uvede na daňovém dokladu (faktuře), případně na dodacím listu, k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží přesnou specifikaci SW – výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),*
- b. *kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží,*

- c. protokol o předání zboží musí být na straně kupujícího podepsán pracovníkem OOKC, v opačném případě není předání zboží považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. této smlouvy).

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
 - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
 - b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně jejích příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvykle na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).
2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, za vady zboží vzniklé porušením povinnosti prodávajícího a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
3. Záruční doba na zboží je **24** (slovy: dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním zboží. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající písemně potvrdí vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
5. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět servis zboží (dle § 44 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích), tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
6. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu, a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že kupní cena podle článku II. této smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu, přičemž prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti se servisem zboží.
7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Vytčení vady musí být oznámeno prodávajícímu telefonicky a následně též po telefonickém nahlášení e-mailem na kontaktní údaje prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: [REDAKCE]

8. V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 6 hodin metodou vzdáleného přístupu, fyzickou návštěvou servisního technika do 24 hodin od telefonického nahlášení závady prodávajícímu.
9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího, pokud je kupujícím dodržen postup dle odst. 7. tohoto článku.
10. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke vzniku stejné vady na předmětu plnění, která již byla prodávajícím v průběhu záruční doby minimálně 2x odstraněna, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím dodání nového zboží odpovídajícího specifikaci dle této smlouvy. Od dodání nového zboží počne záruční doba běžet od počátku.
12. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být prodávajícímu kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje kupující.
13. Prodávající se též zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
 - bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.

Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi OOKC kupujícího.
14. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je pracovník OOKC kupujícího. Ze strany prodávajícího bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a pracovníky OOKC kupujícího.

VI.

Pozáruční servis

1. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu pozáruční servis po celou pozáruční dobu. Pozáruční doba je **96** (*slovy: devadesátšest*) měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po uplynutí záruční doby.
2. Prodávající se zavazuje v rámci pozáručního servisu provádět opravy poruch a závad zboží (dle § 44 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích), tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů, vč. vakuových prvků a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
3. Pozáruční servis se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
4. Pozáruční servis se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou pozáruční dobu. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný pozáruční servis a bezpečnostně technické kontroly, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že cena za pozáruční servis zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou pozáruční dobu, přičemž prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti s dodáním a výměnou opotřebovaných dílů zboží.

5. Pro případ uplatnění požadavku, na který se vztahuje pozáruční servis, se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 6 hodin metodou vzdáleného přístupu, fyzickou návštěvou servisního technika do 24 hodin od telefonického nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení požadavků/závad:
[REDACTED]
6. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího.
7. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být prodávajícímu kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje kupující.
8. Smluvní strany se dohodly, že pozáruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady.
9. Prodávající se dále zavazuje provádět v rámci pozáručního servisu:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky,
 - kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
 - bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.
10. Prodávající se zavazuje v rámci pozáručního servisu určit a sledovat termíny bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb., dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi odboru obslužných klinických činností kupujícího.
11. Kupující se zavazuje za poskytování pozáručního servisu zaplatit prodávajícímu celkovou úplatu ve výši 8 000 000,00 Kč bez DPH. K úplatě bude připočtena DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající, přičemž takto určená výše úplaty je konečná. Úplata za poskytování pozáručního servisu bude kupujícím hrazena průběžně v měsíčních platbách ve výši 83 333,33 Kč bez DPH, přičemž výše měsíční platby musí odpovídat 1/96 z celkové úplaty za pozáruční servis, a to na základě faktur vystavených k prvnímu dni v měsíci, za který je měsíční platba poskytována. První faktura tak bude vystavena v měsíci následujícím po uplynutí záruční doby. Splatnost všech faktur bude 30 dní ode dne doručení faktury kupujícímu.
12. Na úhradu pozáručního servisu se dále použijí přiměřeně ustanovení čl. II. této smlouvy.

VII.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedoručí k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávající smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 9. smlouvy a v případě pozáručního servisu ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 6 smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávající smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý kalendářní den.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě.

VIII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy dle občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

IX.

Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez DPH, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.
4. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, není-li právními předpisy stanovena delší lhůta (např. uchování účetních dokladů po dobu minimálně 10 let od ukončení zdaňovacího období).
5. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.


5. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny prodávajícímu.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
7. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
8. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
9. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
10. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy musí mít formu číslovaných dodatků v písemné podobě a musí být podepsané oběma smluvními stranami.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Nabídka č. 49-4-58

Příloha č. 2 – Rozklad ceny


V Ústí nad Labem, dne

Za kupujícího



V Praze, dne (viz el. podpis)

Za prodávajícího



Technická specifikace

Počítačový tomograf, včetně dalšího příslušenství - RDG oddělení Nemocnice Chomutov

P.č.	Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota účastníkem VZ
Obecné požadavky			
1.	Univerzální, rychlý a výkonný systém výpočetní tomografie se širokým patientským otvorem (gantry) určený pro veškeré indikace diagnostické radiologie včetně akutních vyšetření v rámci iktového centra a urgentního příjmu	Požadavek je absolutní, musí být splněn*	
2.	Vyšetření prováděné víceenergetickým skenováním	Požadavek je absolutní, musí být splněn*	
3.	Systém vhodný pro intervenční výkonů řízené touto technikou	Požadavek je absolutní, musí být splněn*	
4.	CT bude vybaven skiaskopii s monitorem na stropním závěsu ve vyšetřovně pro podporu intervenčních výkonů	Požadavek je absolutní, musí být splněn*	
5.	Kamera integrovaná v gantry nebo 3D stropní kamera pro automatické pozicionování všech typů pacientů a jeho automatické umístění do izocentra bez nutnosti přítomnosti laboranta ve vyšetřovně. Kamera je na bázi umělé inteligence s automatickou detekcí orientačních anatomických bodů pro přesné automatické centrování v různých polohách (hlavou napřed, nohami napřed, supinační/pronační poloha). Automatický předvýběr optimálního vyšetřovacího protokolu s automatickým systémem úpravy expozičních parametrů pro-tokolu dle velikosti pacienta pro efektivní redukci dávky radi-ační zátěže.	Požadavek je absolutní, musí být splněn*	
6.	Přístroj musí být vybaven inteligentním systémem redukce dávky, detektory poslední generace, účinným systémem iterativní rekonstrukce	Požadavek je absolutní, musí být splněn*	
7.	Systém se musí skládat z vlastního CT přístroje s akviziční konzolí a diagnostické vyhodnocovací stanice	Požadavek je absolutní, musí být splněn*	
Gantry			
8.	Velikost otvoru gantry	min. 720 mm - HODNOCENO	
9.	Polohovací laser	Požadavek je absolutní, musí být splněn*	
10.	Maximální hodnota náklonu gantry - náklon v kladném směru (vrchní část gantry se úhlově oddaluje od paty CT stolu pacienta) - zadavatel připouští jakékoli řešení splnění tohoto požadavku (fyzicky, digitálně apod.)	min. +24°	
11.	Maximální hodnota náklonu gantry - náklon v záporném směru (vrchní část gantry se úhlově přibližuje k patě CT stolu pacienta) - zadavatel připouští jakékoli řešení splnění tohoto požadavku (fyzicky, digitálně apod.)	min. - 24°	
Detekční systém			
12.	Počet skutečných detektorových řad akvizičních elementů v ose Z	min. 64 řad elementů	
13.	Počet klinicky hodnotitelných řezů v ose Z na jednu rotaci 360°	min.128 řezů	
14.	Nastavení počtu řezů ve vyšetřovacím programu x šířka vrstvy (nominální kolimace)	min. 64 x max. 0,625 mm	
15.	Filtrace k redukci nízkenergetických fotonů a vylepšení kontrastního zobrazení	Požadavek je absolutní, musí být splněn*	
16.	Celková akviziční šířka detektorového pole v izocentru v ose Z	min. 38 mm	
17.	Detektory poslední generace (např. Stellar, Gemstone, Purevision, NanoPanel, Clarity new gen atd.)	Uveďte název	
Rentgenka			
18.	Tepelná kapacita anody rentgenky - skutečná nebo přepočtená hodnota na chladicí výkon	min. 7 MHU skutečná/30 MHU přepočtená	
19.	Chladicí výkon anody rentgenky	min. 1000 kHU/min	
Generátor			
20.	Výkon generátoru (nominální, neuvádět přepočty na efektivní či jiné hodnoty)	min. 70 kW - HODNOCENO	
Pacientský stůl			
21.	Maximální nosnost patientského stolu pro skenování	min. 250 kg - HODNOCENO	
22.	Maximální skenovací rozsah stolu v ose Z pro spirální akvizici	min. 1 820 mm	
23.	Nožní pedály u paty stolu k ovládání pohybu stolu minimálně ve směrech nahoru a dolů	Požadavek je absolutní, musí být splněn*	
24.	Možnost manuálního vysunutí stolu s pacientem v urgentním případě	Požadavek je absolutní, musí být splněn*	
Skenovací parametry			
25.	Maximální diagnostické axiální FOV - plnohodnotné diagnostické FOV bez jakéhokoli povolení snížení kvality zobrazení a přesnosti naměřených hodnot HU	min. 500 mm	
26.	Nejkratší dosažitelný čas rotace 360° pro helikální skenování	max. 0,35 sec	
27.	Rozsah volitelného napětí rentgenky pro skenování	min. 80 kV - 135 kV	
28.	Maximální volitelná hodnota proudu rentgenky pro skenování	min. 600 mA	
29.	Maximální dosažitelný kontinuální skenovací čas	min. 100 sec	
30.	Maximální dosažitelná šířka skenování mozkové perfuze	min. 38 mm	
31.	Maximální dosažitelný Pitch faktor pro akvizici	min. 1,5	
32.	Skiaskopický režim s monitorem na stropním závěsu ve vyšetřovně, spuštění skenování nožním pedálem nebo ručním ovladačem přímo z vyšetřovny	Požadavek je absolutní, musí být splněn*	
Parametry zobrazení			
33.	Obrazová rekonstrukční matrice	min. 512 pix x 512 pix - HODNOCENO	

34.	Nutná dávka CTDIvol pro nízkokontrastní rozlišení (120 kV, řez 10 mm, 20 cm Capthan phantom) 5 mm @ 0,3 %, (3 HU), pro spirální akvizici, metodou iterativní rekonstrukce	max. 15 mGy - HODNOCENO
35.	Prostorové rozlišení při 10% MTF pro rovinu „XY“ (akviziční mód - helikální, kolimace 64 nebo 80 řad detektorů v ose „Z“, rotace 0,5s/360°, algoritmus vysokého rozlišení)	min. 10 Lp/cm
36.	Prostorové rozlišení při 2% MTF pro rovinu „XY“ (akviziční mód - helikální, kolimace 64 nebo 80 řad detektorů v ose Z, rotace 0,5s/360°, algoritmus vysokého rozlišení)	min. 12 Lp/cm
Akviziční a rekonstrukční konzole		
37.	Minimálně 1 ks monitor min. 19"	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
38.	Iterativní rekonstrukce v prostoru raw dat (jako. AIDR3D ENHANCED, SAFIRE, ASIR-V, iDOSE ⁴)	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
39.	Rekonstrukce obrazových dat na bázi RAW dat (pro zamezení zanesení chyb do rekonstrukce) pomocí metody umělé inteligence - AI, založené na principech „inteligentního algoritmu“, tzv. hlubokého učení - Deep Learning Reconstruction, pro maxima-lizaci efektu snížení radiační zátěže a dosažení excelentní obrazové kvality. Využití pro všechny anatomické oblasti bez omezení.	ANO/NE - HODNOCENO
40.	Maximální rychlost rekonstrukce obrazu bez použití iterativní rekonstrukce pro matici 512 x 512	min. 40 fps
41.	Maximální rychlost rekonstrukce obrazu iterativní metodou v prostoru raw dat (AIDR3D ENHANCED, SAFIRE, ASIR-V, iDOSE ⁴) pro matici 512 x 512	min. 20 fps
42.	Minimální požadavek na DICOM - Import patientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, DICOM Structured Dose Report	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
43.	Rekonstrukční postup pro odstranění metalických artefaktů (jako MAR, SEMAR,iMAR, O-MAR)	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
44.	Program optimalizace synchronizace podání kontrastní látky (bolus tracking)	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
45.	Automatická tvorba sérií thick MPR (multiplanární rekonstrukce) dle orgánových programů	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
46.	Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
47.	Akvizice perfuze mozku pro zobrazení perfuzních map perfuzní akvizicí (včetně SW pro zpracování a vyhodnocení v rámci postprocesingu). V rozsahu dle specifikace položka č. 32.	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
48.	Akvizice pro časné hodnocení plicní embolie - technikou Dual-Energy, nebo Subtrakční akvizicí, nebo jinou technikou, (včetně SW pro zpracování a vyhodnocení v rámci postprocesingu).	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
49.	Akvizice pro odstranění kostních struktur, kalcifikací, implantovaných struktur v cévách (stent, coil,...), ze zobrazení technikou Dual-Energy, nebo Subtrakční akvizicí, nebo jinou technikou, (včetně SW pro zpracování a vyhodnocení v rámci postprocesingu).	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
50.	3D automatická optimalizace mA v průběhu skenování (CARE Dose4D; 3D mA Modulation; SUREExposure 3D ...)	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
51.	Orgánová modulace mA v průběhu skenování (jako X-CARE; ODM; OEM, ...)	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
52.	Automatické nastavení doporučení hodnot kV před skenováním dle habitu pacienta (jako SURE kV, CARE kV, kV Assist,...) nebo přednastavení hodnot kV dle habitu pacienta výběrem skenovacího protokolu	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
53.	Zálohování akviziční stanice v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 10 minut	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Diagnostická vyhodnocovací stanice - 2ks		
54.	Úložná kapacita stanice	min. 1,5 TB
55.	LCD barevný medicínský diagnostický monitor min. 23" nebo dvojice min. 19" monitorů	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
56.	Množství současně zpracovávaných obrazů	min. 10 000
57.	Zálohování stanice v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 15 minut	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
58.	Základní softwarová vybava - min. 2D, 3D, MPR (multiplanární rekonstrukce), MPR curved (multiplanární rekonstrukce se zakřivením), MPR thick (multiplanární rekonstrukce širších vrstev), MIP (maximum intensity projection), miniIP (minimal intensity projection), VRT (volume rendering technique), měření HU, měření anatomických vzdáleností a úhlů, SW pro automatické odstraňování kostí, DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, Export dat v DICOM a některém standardním formátu pro prezentační účely jako je například JPG,PNG, live smyčky MPEG, AVI formátu.	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
59.	SW pro CT cévní analýzu min. v rozsahu: včetně automatické subtrakce skeletu, zahrnující pokročilou automatickou vaskulární analýzu se segmentací cévního řečiště včetně základního pojmenování , automatické vyhodnocení a kvantifikace stenóz, rekonstrukce napřímeného zobrazení lumen cév, eliminace struktur stentů... Pro analýzu budou využita data získaná dle specifikace položka č. 47	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
60.	SW pro CT virtuální kolonoskopii min. v rozsahu: plně automatická segmentační analýza lumen střeva s autocentrací, automatická detekce polypů a patologických struktur, 2D a 3D zobrazení s rozšířením na sekční zobrazení, měření velikosti polypů a jejich charakteristika, elektronické čištění střev, současná a synchronizovaná zobrazení analýzy na břichu a na zádech.	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
61.	SW pro hodnocení plic, včetně plicní embolie min. v rozsahu : kvantitativní měření v diagnostice plicních onemocnění, hodnocení závažnosti emfyzému s měřením objemu abnormálního plicního parenchymu, segmentace plicních laloků, 2D mapování dýchacích cest, 3D hodnocení průdušnice a průdušek k měření závažnosti stenózy a tloušťky stěny. Nástroje pro vyhodnocení podezření plicní embolie se zobrazením distribuce kontrastu v jednotlivých částech plicních struktur. Pro analýzu budou využita data získaná dle specifikace položka č. 46	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
62.	SW pro automatickou analýzu a hodnocení plicních nodulů min. v rozsahu: vybavení pro hodnocení nízkodávkového CT plicního vyšetření automatickou detekcí nodulů, jejich rekonstrukcí do 3D a kvantitativní analýzou. Analýza bude poskytovat informace o velikosti, tvaru a změnách v čase zjištěných nodulů (plic). Měření a výsledkové zprávy budou standardizované a umožní porovnání současných a dřívějších CT skenů plic téhož pacienta včetně společného zobrazení dřívějších skenů pro vizuální porovnání.	Požadavek je absolutní, musí být splněn*

63.	SW pro plně kvantitativní CT mozkovou objemovou perfuzi min. v rozsahu: zobrazení ve formě přehledných map s distribucí infarktové a penumbrové zóny, vytvořených na základě dat získaných dle specifikace položka č. 45, ve všech skenovaných vrstvách. Rozložení zón bude zobrazeno jednoduchým způsobem pomocí barevného kódování (barevných map), včetně procentuálního vyjádření v indexovém/poměrovém rozložení. Minimální rozsah zobrazených map a kvantifikace pro hodnocení bude, Cerebral Blood Volume (CBV); Cerebral Blood Flow (CBF); mean transit time (MTT); time to peak (TTP). Rozsahu objemu dle specifikace položka č. 30.	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Injektor		
64.	Automatický injektor pro tlakové podání kontrastní látky a fyziologického roztoku na stropním závěsu, s možností podání různých typů kontrastních látek. Minimálně musí mít zásobník na jednu kontrastní látku a jeden zásobník na fyziologický roztok. Spuštění skenu - CT spustí akvizici prostřednictvím programu pro sledování nasycení ROI sledované oblasti na požadovaný threshold.	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
65.	Injektor musí splňovat minimálně požadavky pro tlakové IV podání kontrastní látky, pro standardní CT vyšetření s kontrastem, CT perfuzní vyšetření, CT angiografická vyšetření v plném rozsahu. Vstřík kontrastní látky a fyziologického roztoku současně v různých poměrech.	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
66.	Ovládání injektoru v ovladovně	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Další požadavky		
67.	Pomůcky a prvky pro polohování pacienta při CT vyšetření, včetně fixačních pomůcek (minimálně v rozsahu: matrace pro patientský stůl, podložka rukou, fixační pásy různých šířek a délek, držák hlavy, pěnové podložky a klíny, držák infuzních lahví, klínová podložka pro nohy)	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
68.	Monitor na stropním stavivu pro zobrazení studií ve vyšetřovně	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
69.	Kompletní sada pomůcek pro provádění zkoušek provozní stálosti požadovaných výrobcem - včetně fantomů, držáků a ostatního příslušenství	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
70.	Interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou, včetně automatických povelů pro pacienta v průběhu vyšetřovacího protokolu, v českém jazyce	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
71.	Náhledová kamera na pacienta, včetně samostatného náhledového monitoru nebo zobrazení na akviziční stanici	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
72.	Klimatizace prostor vyšetřovny a ovladovny s dostatečným výkonem pro nově instalovanou technologii. Bude dodána včetně instalace, stavebních a dokončovacích činností potřebných k její instalaci.	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
73.	Rozvaděč el energie včetně odpovídajícího vyzbrojení, pro připojení CT	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
74.	Systémový stůl do ovladovny pro umístění akviziční stanice	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
75.	Dodávka kotevních prvků, propojovacích kanálků, potřebných rámců a dalšího příslušenství nutného pro instalaci všech prvků obsažených v nabídce. Vše včetně instalace, stavební přípravy a dokončovacích prací (např. výměna/úprava podhledů ve vyšetřovně pro instalaci monitoru).	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
76.	Dodání nové antistatické podlahové krytiny do prostor č. B104 – recepce CT, č. B104.2 - popisovna, č. B104.3 - ovladovna, č. B105 – vyšetřovna CT - včetně pokládky, přípravných a dokončovacích prací.	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
77.	Součástí nabídky bude návrh prostorového uspořádání přístroje v prostorách CT pracoviště	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
78.	Součástí dodávky bude technologický projekt umístění CT, včetně všech souvisejících podkladů (například: statické posouzení podlahy, posouzení radiační ochrany, posouzení el přívodu, poměry vyzářeného tepla ...). Vypracuje vybraný uchazeč po podpisu smlouvy.	Požadavek je absolutní, musí být splněn*
79.	Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz. Odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/	Požadavek je absolutní, musí být splněn*

Příloha č. 2 - Rozklad ceny
Podrobná cenová nabídka

Položka	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena s DPH
CT			
Klimatizace			
Antistatická podlaha			
Injektor			
Full-servis (cena za rok)			
Full-servis (cena za 8 let)	8 000 000,00 Kč	1 680 000,00 Kč	9 680 000,00 Kč
Cena stroj + příslušenství	11 750 000,00 Kč	2 467 500,00 Kč	14 217 500,00 Kč
Cena stroj + příslušenství + full-servis	19 750 000,00 Kč	4 147 500,00 Kč	23 897 500,00 Kč