

Název veřejné zakázky:	Operační stoly pro oddělení Kardiochirurgie a COS - Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	4029/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci „Operační stoly“ vyžaduje:
komplet extenze dolní končetiny (celkem 2 sestavy) – každá sestava kompletního trakčního aparátu obsahuje příslušenství: 2 ks podpora nohou s polsterem, výška polsteru min. 60 mm
Bude zadavatel akceptovat výšku polstru 40mm?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

Dotaz č. 2

Zadavatel vyžaduje dále: 1 ks protitahový sloupek pro operaci tibie s fixátorem condyl a 1 ks držák nohy, kolene k extenzi pro operace tibie a pro hřebování.
Ze zkušeností, které dodavatel má s danou problematikou, se nejspíše jedná o to samé příslušenství, pouze jinak popsané. Jaký je tedy finální počet tohoto příslušenství a jaký je mezi nimi případně rozdíl?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel potvrzuje, že se jedná o duplicitu. Zadavatel požaduje 1 ks do každé sestavy.

Dotaz č. 3

Zadavatel vyžaduje: 1 ks trakční kolík (polstrovaný) a 1 ks mezinožní válec (válec pro femur)
Ze zkušeností, které dodavatel má s danou problematikou, se nejspíše jedná o to samé příslušenství, pouze jinak popsané. Jaký je tedy finální počet tohoto příslušenství a jaký je mezi nimi případně rozdíl?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel potvrzuje, že se jedná o duplicitu. Zadavatel požaduje 1 ks do každé sestavy.

Dotaz č. 4

Zadavatel vyžaduje: 1 ks hrazda s možností zavěšení ruky pro artroskopie zápěstí
Může zadavatel poskytnout např. fotodokumentaci tohoto příslušenství, aby nedošlo k nedorozumění a zadavatel získal vybavení dle potřeb kliniky?

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel přikládá ilustrační fotodokumentaci hrazdy.



Dotaz č. 5

6.3 Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením minimálně 2 významných dodávek, jejichž předmětem plnění byly operační stoly určené pro poskytovatele zdravotních služeb, které realizoval v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

V souladu s § 79 odst. 3 ZZVZ může dodavatel pro účely prokázání splnění technické kvalifikace předložit i významné dodávky, jejichž předmětem plnění byly operační stoly určené pro poskytovatelé zdravotních služeb, které realizoval v době po zahájení tohoto zadávacího řízení do doby podání nabídky.

Zadavatelem požadovaný minimální rozsah plnění jednotlivé významné dodávky je 7 000 000,00 Kč bez DPH.

Dotaz: Mohl by zadavatel upravit tento požadavek na předložení 2 významných dodávek v rozsahu minimálně 1x dodávka za 5,5 Mil. Kč bez DPH a 1x dodávka za 9 mil. Kč bez DPH.

Domníváme se že i takto bude naše schopnost řádně plnit obdobnou dodávku dostatečně prokázána.

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

Dotaz č. 6

V části Operační stoly pro Kardiochirurgii je požadován přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu (min. rozměr 80 x 35 cm), RTG transparentní (v 360°) – celkem 1 ks

Dotaz: Domníváme se, že je to administrativní chyba, jelikož v další části (str. 9 TS) jsou požadovány RTG operační stolky 2 ks o rozměrech 60 x 35 cm.

Můžeme pro oba požadavky nabídnout RTG transparentní stolek pro operaci ruky o rozměrech 76x38 cm?

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

Dotaz č. 7

Zadavatel na str.5 TS požaduje k extenzi dolní končetiny 1 ks trakční kolík (polstrovaný) a zároveň na str. 6 mezinožní válec.

Dotaz: Domníváme se, že jde o stejnou věc. Může zadavatel upřesnit?

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel potvrzuje, že se jedná o duplicitu. Zadavatel požaduje 1 ks do každé sestavy.

Dotaz č. 8

Na str.5 TS zadavatel k extenzi požaduje 1 ks rotační svorka

Dotaz: Může zadavatel upřesnit o co se přesně jedná? Máme možnost nabídnout několik typů karbonové extenze dolní končetiny, která kompletně splňuje požadavky na 360°RTG transparentní operativu a je možné, že ji vedeme pod jiným názvem.

Odpověď na dotaz č. 8

Zadavatel přikládá ilustrační obrázek rotační svorky s upevnění k EURO liště. Zadavatel připouští i variantní řešení, které zajistí plnou funkčnost trakčního aparátu.



Dotaz č. 9

Zadavatel k extenzi horní končetiny požaduje 1 ks Weinberger pro uchycení prstů ruky.

Dotaz: V současné době existuje mnohem sofistikovanější řešení uchycení ruky za zápěstí, které je mnohem jednodušší a umožňuje navíc kdykoliv odpojit ruku pomocí speciálního adaptéru ze závěsného systému pro další případné polohování paže a znovu následné zafixování.

Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď na dotaz č. 9

Zadavatel žádá o bližší popis či alespoň odkaz na katalog tazatele či fotodokumentaci nabízeného variantního řešení.

Dotaz č. 10

Na str.6 TS zadavatel požaduje:

- třídlílný zádový díl pro operace ramene se dvěma odnímatelnými a sklopnými bočnicemi pro volný přístup k operovatelnému rameni – **celkem 2 ks**
- karbonová dělená zádová deska pro operaci ramene – **celkem 2 ks**

Dotaz: Domníváme se, že se zřejmě jedná o zdvojení požadavku.

Máme sofistikované řešení pomocí RTG transparentního třídlílného výklopného zádového dílu s helmou, které umožňuje přesné vypořádání pacienta pomocí laterálního posunu do krajních poloh. Po odejmutí krajní části je snímkování prakticky bez omezení.

Na rozdíl od extenze dolní končetiny, kde jsou vysoké nároky na pevnost karbonových tyčí, není nutné mít třídlílný zádový díl z karbonu, jelikož se krajní části stejně pro snímkování odstraňují.

Bude zadavatel akceptovat naše řešení a může upřesnit kolik třídlílných dílů a vozíků (viz požadavek v TS na str.6 níže) požaduje.

Odpověď na dotaz č. 10

Zadavatel požaduje na straně č. 6 celkem 2 ks základního (nekarbonového) třídlílného zádového dílu pro operace ramene se dvěma odnímatelnými a sklopnými bočnicemi pro volný přístup k operovatelnému rameni, a zároveň celkem 2 ks karbonové dělené zádové desky pro operaci ramene. Tudíž se jedná se o dva odlišné požadavky, na kterých zadavatel trvá.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Kateřina Koláčí
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek