

Akumulátorový dermatom s příslušenstvím

Popis:

Nákup akumulátorového dermatomu a meshovacího strojku s příslušenstvím pro oddělení rekonstrukční a plastické chirurgie a COS KZ - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks..... Akumulátorový dermatom a meshovací strojek s příslušenstvím

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Akumulátorový dermatom

- Akumulátorový dermatom k odběru kožních transplantátů
- Plynulá regulace pohybu – ovládání na těle přístroje
- Nastavitelná výška a šířka odběru bez nutnosti manuální výměny hlavice, nebo části dermatomu
 - Výška řezu v rozsahu 0,2 – 1,2 mm s krokem 0,1 mm
 - Maximální šířka řezu minimálně 75 mm
 - Šířka nastavitelná minimálně v 8 krocích
- Pojistka proti samovolnému spuštění přístroje
- Nabíjecí akumulátor – 1ks
- Nabíjecí stanice pro akumulátory
- Jednorázové čepelky – 1 balení (minimálně 10 ks)
- Meshovací strojek s ráčnovým klíčem určený k síťování kožních štěpů/transplantátů
 - Vyroben z nerezové oceli
 - Nosič štěpu v poměrech minimálně 1:1.5 – 1 balení (minimálně 10 ks)
 - Umožňuje nastavení přítlaku ke kožnímu implantátu
- Dermatom i meshovací strojek s příslušenstvím musejí být autoklávovatelné
- Sterilizační kontejner pro dermatom a meshovací strojek se sítím a víkem
- Potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu, pokud je potřeba
- Jiné příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití

SZM – čepelky – 100 ks/rok
- nosič štěpu – 50 ks/rok