

Název veřejné zakázky:	Operační stoly pro oddělení Kardiochirurgie a COS - Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	4029/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v odpovědi na dotaz č. 9 uvádí:

Odpověď na dotaz č. 9

„Zadavatel žádá o bližší popis či alespoň odkaz na katalog tazatele či fotodokumentaci nabízeného variantního řešení.“

Toto je námi navrhované řešení:



Dotaz: Bude zadavatel akceptovat námi navrhované řešení?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

Dotaz č. 2

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v odpovědi na dotaz č. 10 uvádí:

Odpověď na dotaz č. 10

„Zadavatel požaduje na straně č. 6 celkem 2 ks základního (nekarbonového) třídílného zářivého dílu pro operace ramene se dvěma odnímatelnými a sklápnými bočnicemi pro volný přístup k operovatelnému rameni, a zároveň celkem 2 ks karbonové dělené zářivé desky pro operaci ramene. Tudiž se jedná se o dva odlišné požadavky, na kterých zadavatel trvá.“

Rozumíme požadavku zadavatele na dodání základního (nekarbonového) třídílného zádobového dílu pro operace ramene se dvěma odnímatelnými a sklopnými bočnicemi pro volný přístup k operovatelnému rameni, neznáme ale žádného dodavatele, který nabízí současně „karbonové dělené zádobové desky pro operaci ramene“.

Dotaz: Prosíme zadavatele o zaslání vyobrazení požadovaných řešení a rozdílů.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel netrvá na karbonovém díle:

- třídílný zádobový díl pro operace ramene se dvěma odnímatelnými a sklopnými bočnicemi pro volný přístup k operovatelnému rameni – **celkem 4 ks**
- Karbonová dělená zádobová deska pro operaci ramene – **není požadována**

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Kateřina Kolací
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek