

Název veřejné zakázky: **Dodávky invalidních vozíků pro Krajskou zdravotní, a.s.**  
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky  
Režim veřejné zakázky: VZMR  
Druh zadávacího řízení: otevřená výzva  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, Ústí nad Labem, ,  
PSC 400 11, Doručovací číslo 401 13  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **4220/2024**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz:

Rádi bychom požádali o upřesnění specifikace u prvního typu soutěženého vozíku. Ve 4. bodě technické specifikace je uveden požadavek na zadní kola dušová s rychloupínacími osami. Požaduje zadavatel pneumatiku, která vyžaduje použití vnitřní duše? Nebo má zadavatel na mysli kolo, které není pevný plastový výlisek, ale má pneumatiku, která ale nevyžaduje použití vnitřní duše?

Umožní zadavatel nabídnout vozík se zadními koly, které používají pneumatiky, ale nepotřebují duše? Zvláště při plánovaném užívání i v exteriéru jsou kola bez klasických duší praktičtější volbou. Jsou méně náchylné k defektům a nevyžadují častou údržbu.

### Odpověď na dotaz:

Nabízenou variantu zadních kol bez klasických duší namísto kol dušových s rychloupínacími osami bude zadavatel akceptovat. Zadavatel upozorňuje, že nebude akceptovat kola, která budou pevným plastovým výliskem.

Hlavním požadavkem zadavatele je to, aby zadní kola vozíku nebyla osazena pevnými tvrzenými plastovými koly, ale koly, která jsou napuštěna vzduchem.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....  
Mgr. Kateřina Kolací  
vedoucí odboru veřejných zakázek