
Upgrade stávajícího OCT Spectralis

Popis:

Upgrade stávajícího OCT přístroje Spectralis na novější výkonnější verzi přístroje.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Upgrade OCT Spectralis

- Obnova stávajícího přístroje o potřebné komponenty k navýšení celkového výkonu a kvality snímání zejména
 - Navýšení snímkovací frekvence z 40 kHz na 85kHz
 - Rozšíření o modul OCT angiografie
 - Rozšíření o glaukomový modul