

Název veřejné zakázky: **Dodávky křesel pro kardiaky pro Krajskou zdravotní, a.s.**
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zadávacího řízení: Podlimitní režim
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4271/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V Příloze č. 2 - Technická specifikace je mimo jiné uveden požadavek pro:

Položka č. 1: Křeslo pro kardiaky polohovatelné

- odklopné područky s aretací opatřené čalouněním – **odnímatelné** područky s aretací opatřené čalouněním
- poloha pro snadné vstávání – **bez polohy** pro snadné vstávání, **pevný sedák**

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat námi navrhované technické řešení?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje pouze úpravu prvního bodu a to „~~odklopné~~ **odnímatelné** područky s aretací opatřené čalouněním“.

Další navrhovanou změnu zadavatel neakceptuje.

Dotaz č. 2

V Příloze č. 2 - Technická specifikace je mimo jiné uveden požadavek pro:

Položka č. 2: Křeslo pro kardiaky nepojízdné

- boční opěrky hlavy – **NE, pouze odnímatelný podhlavník** s anatomicky tvarovaným čalouněním opatřený kvalitním omyvatelným potahem
- nastavitelná výška sedu – **NE, pevná výška sedu**
- protiskluzové nástavce – **NE**
- poloha pro snadné vstávání – **bez polohy** pro snadné vstávání, **pevný sedák**
- nosnost min. 150 kg – nosnost **130 kg**

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat námi navrhované technické řešení?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel akceptuje pouze odstranění třetího bodu a to „protiskluzové nástavce“.

Další navrhované změny zadavatel neakceptuje.

Dotaz č. 3

V Příloze č. 2 - Technická specifikace je mimo jiné uveden požadavek pro:

Položka č. 3: Bariatrické křeslo pro kardiaky polohovatelné

- odklopné područky s aretací opatřené čalouněním – **odnímatelné** područky s aretací opatřené čalouněním
- poloha pro snadné vstávání – **bez polohy** pro snadné vstávání, **pevný sedák**

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat námi navrhované technické řešení?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel akceptuje pouze úpravu prvního bodu a to „~~odklopné~~ **odnímatelné** područky s aretací opatřené čalouněním“.


Další navrhovanou změnu zadavatel neakceptuje.

Aktuální verze přílohy č. 2 – Technická specifikace, bude k dispozici na profilu Zadavatele.

V souvislosti s výše uvedeným Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

- 5 -12- 2024



.....
MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele