

Videolaryngoskop

Videolaryngoskop pro Urgentní příjem Nemocnice Teplice, o. z. Krajské zdravotní, a. s. Z důvodu lepší manipulace je požadován samostatně volně stojící monitor na pojízdném vozíku, který může stát mimo operační pole. Díky tomu je zajištěna snadnější manipulace se lžící a maximální prostor v operačním poli bez přítomnosti další obrazovky.

Obecné požadavky:

- **1 ks** ... Videolaryngoskop
- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů
- Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

Minimální technické požadavky:

- Monitor a videolaryngoskopická lžice jsou odděleného typu
- Minimální požadavky na monitor:
 - o Samostatně volně stojící monitor mimo operační pole
 - o Monitor s barevným displejem o úhlopříčce minimálně 7“
 - o Rozlišení obrazu minimálně HD kvalita (1280x720 pixel)
 - o Provoz na baterie, které jsou součástí nabídky
 - o Nabíjení ze sítě 230 V/50 Hz
 - o Umožňuje ukládání videí a obrázků ve formátu JPEG
 - o Video výstup minimálně: 1x HDMI
 - o Ukládání dat na SD kartu nebo USB flashdisk
 - o Videokabel dlouhý minimálně 1 m
- Minimální požadavky na videolaryngoskopické lžice:
 - o **2 ks** lžice pro těžce intubované pacienty
 - velikost č. 3, znovupoužitelná (sterilizovatelná), kovová
 - velikost č. 4, znovupoužitelná (sterilizovatelná), kovová
 - o S LED zdrojem studeného světla – osvětlení pole snímaného kamerou integrované v laryngoskopu
 - o Zabudovaná kamera
 - o Systém proti zamlžení s okamžitým náběhem zabraňující zamlžení optiky pro zavedení laryngoskopu do ústní dutiny

Požadované příslušenství:

- **1 ks** zaváděcího drátu
- Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených komponent s košíkem a s držákem na lžice
- Všechna nezbytná propojovací kabeláž (napájecí kabel, videokabel, apod.)
- Veškeré ostatní příslušenství pro uvedení přístroje do provozu