

Název veřejné zakázky: **REHABILITACE – Rehabilitační lehátka pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - Část 1: Rehabilitační lehátka s elektrickým pohonem**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: VZMR

Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4266/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Dobrý den,
v případě, že budete akceptovat průměr koleček 75 mm, můžete akceptovat i velikost 70 mm?
Děkuji za odpověď.


Odpověď na dotaz č. 1

Po posouzení obdrženého dotazu zadavatel požaduje minimální průměr koleček 68,5 mm.

Aktuální verze přílohy č. 2a) – Technická specifikace, část 1 - Rehabilitační lehátka s elektrickým pohonem, je součástí tohoto Vysvětlení a zároveň je k dispozici na profilu Zadavatele.

V souvislosti s výše uvedeným Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 09 -12- 2024



v.z. Ing. Luděk Růckl

MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele