

Diagnostický hysteroskop

Popis:

Nákup diagnostických hysteroskopů určených pro diagnostické hysteroskopie k diagnostice patologie dutiny děložní gynekologického sálu KZ - Masaryková nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 4 ks..... Diagnostický hysteroskop

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Diagnostický hysteroskop:

- Diagnostický plášť s průměrem maximálně 4,2 mm
- Plášť bude pracovat s kontinuálním proplachem
- Optika hysteroskopická
 - Průměr do 3 mm
 - Kompatibilní s dodaným pláštěm
 - Úhel pohledu 30°
- Připojení optiky k světlovodům různých značek
- Veškeré optiky a příslušenství autoklávovatelné v parním autoklávu na 134° C
- Veškeré příslušenství pro uvedení zařízení do provozu a plnění účelu