

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

s názvem:

„Dodávka dezinfekčních přípravků pro Krajskou zdravotní, a.s. – II.“

Dotaz č. 1

V příloze 5 zadávací dokumentace – Požadavky na účinnost - je uvedeno, že účinnost omezeně virucidní (B) u přípravků na ruce se prokazuje atestem EN 14476 – test na Adeno- a Norovirus (MNV). Aktuální znění ČSN EN 14476 A1+ však u přípravků na ruce umožňuje prokázat také virucidní účinnost proti obaleným virům, a to testováním na Vacciniaviru. Je proto možné k prokázání účinnosti (B) použít tuto část ČSN EN 14476 A1+, resp. naprosto srovnatelnou metodu testování dle DVV/RKI s testovacími mikroorganismy Vacciniavirus a BVDV?

Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje u přípravků na ruce omezeně virucidní účinnost, testovanou podle platné ČSN EN 14476, tuto uvádí v příloze č. 5. Pro zdravotnická zařízení Krajské zdravotní, a.s. je účinnost přípravků na ruce testovaných pouze na obalené viry nepostačující.

V Ústí nad Labem dne: 20 -01- 2017



62
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel