

Název veřejné zakázky: **Operační stoly pro oddělení Kardiochirurgie a COS - Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4029/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 1

Zadavatel ve výběrovém řízení „Operační stoly pro oddělení Kardiochirurgie a COS – Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ v dokumentu „Příloha č. 2_Technická specifikace“ uvádí v části „Operační stoly pro Kardiochirurgii, Operační stoly pro Centrální operační sály“ parametr „stůl musí umožňovat nastavení laterálního náklonu **minimálně $\pm 20^\circ$** , a zároveň Trendeleburg/antiTrendelenburg **minimálně $\pm 30^\circ$, a to současně**“.

Účastník nabízí operační stůl umožňující nastavení laterálního náklonu **minimálně $\pm 15^\circ$** , a zároveň Trendeleburgu/antiTrendelenburgu **minimálně $\pm 25^\circ$, a to současně**. Účastník je přesvědčen, že nastavení laterálního náklonu a Trendeleburgu/antiTrendelenburgu s odchylkou **5° neovlivňuje funkčnost ani medicínský účel požadovaný Zadavatelem**.

Bude Zadavatel akceptovat operační stůl s rozsahem nastavení laterálního náklonu **minimálně $\pm 15^\circ$** , a zároveň Trendeleburgu/antiTrendelenburgu **minimálně $\pm 25^\circ$, a to současně**, za předpokladu splnění ostatních technických a funkčních parametrů?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na parametrech v uvedených v technické specifikaci.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Kateřina Kolací
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek
v.z. Marek Sedlák