

Zubní unit pro ordinaci orální a maxilofaciální chirurgii

Zubní unit pro ordinaci orální a maxilofaciální chirurgii Masarykovy Nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- **1 ks** Zubní unit pro ordinaci orální a maxilofaciální chirurgii
- Příklad musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů
- Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

Minimální technické požadavky:

- Plivátkový blok
 - Odnímatelný keramický nebo skleněný
- Křeslo
 - Nejnižší poloha minimálně 400 mm
 - Nejvyšší poloha minimálně 700mm
 - Elektromechanický nebo elektrický pohon
 - Minimální nosnost 150 Kg
 - Křeslo je ovládané pomocí panelu sestry, panelu lékaře a nožního ovladače
 - Nasedací a vyplachovací naprogramované polohy + minimálně 2 nastavitelné programy
 - Pevná levá opěrka
 - Opěrka hlavy
 - Minimálně dvou kloubová
 - Mechanicky nebo elektricky ovládaná
 - Opěrka zad
 - Polohovatelnost s rozpětím minimálně 60°
 - Minimální šířka 48 cm
 - Elektromechanický pohon
 - Trendelenburgova poloha
- Nástrojový stůl lékaře
 - Vedení nástrojů horní s aretací (minimálně 90 cm)
 - Minimálně 4 místa pro nástroje (Turbínka, Ultrazvuk, 2x chirurgický mikromotor (min. 100 - 40 000 otáček/min.))
 - Integrovaný LCD displej pro ovládání nebo ovládání pomocí klávesnice
- Nástrojový stůl sestry
 - Minimálně 3 pozice pro nástroje (velká a malá savka, ofuk)
 - Klávesnice pro ovládání křesla, světla, plivátka a kelímku
 - LED světlo na pohyblivém rameni
 - Intenzita světla minimálně 30000 luxů
 - Přepínání mezi bílým a oranžovým světlem

- Instalace proběhne na rozvody ve vyšetřovně (přesné zaměření proběhne v rámci prohlídky místa plnění)
 - Přívod vody, odpad, elektrické napájení, stlačený vzduch
- Hygiena a dezinfekce
 - Automatická průběžná dezinfekce nebo manuální dezinfekce v případě zásobníku na destilovanou vodu
 - Antiretrakční systém všech dynamických nástrojů, odfuk po zastavení nástroje s chlazením
 - Silikonová ochranná fólie (autoklávovatelná), bezešvé čalounění
 - SHS (zásobník na destilovanou vodu s přepínáním na vodovodní řád)
 - Připojení na suché sání
 - Odlučovač amalgánu

Požadované příslušenství:

- Veškeré příslušenství pro uvedení zařízení do provozu a plnění účelu
 - Napojení na odpad, napájecí kabely, světlovodné kabely, atd.
- V případě potřeby musí pracoviště dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení
- Zadavatel požaduje instalaci přístroje na stávající vývody medií (voda, vzduch, elektrická energie, atd.)
- zadavatel se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném obligatorním návrhem smlouvy k této veřejné zakázce.