

Požadavky na účinnost

Označení	Účinnost	Oblast použití	Prokazování atestem
A	baktericidní	ruce	EN 13727 nebo srovnatelnou metodou DGHM a EN 1500 pro hygienickou dezinfekci rukou nebo EN 12791 pro chirurgickou dezinfekci rukou
(B)	omezeně virucidní	plochy a povrchy	EN 13727 a EN 13697 nebo srovnatelnou metodou DGHM
		ruce	EN 14476 - test na Adeno- a Norovirus (MNV)
B	plně virucidní	plochy a povrchy	metodika DVV/RKI - test na BVDV a Vacciniavirus
		ruce	EN 14476 - test na Polio-, Adeno- a Norovirus (MNV)
(V)	na kvasinky	plochy a povrchy	EN 13624 - test na C. albicans nebo srovnatelnou metodou DGHM
		ruce	EN 13624 a EN 13697 - test na C. albicans, nebo srovnatelnou metodou DGHM
T	tuberkulocidní	plochy a povrchy	EN 14348 - test na M. terrae, nebo srovnatelnou metodou DGHM
		ruce	