

Název veřejné zakázky: **Automatické odběrové váhy pro odběr plné krve**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: VZMR
Druh zadávacího řízení: otevřená výzva
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 400 11
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4295/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz:

- „Požadavek na „Nastavení dvou časů maximálního trvání odběru – první pro varování a druhý pro automatické ukončení odběru, nebo nastavení jednoho času a po jeho uplynutí nastavení druhého času“.

Námi nabízená odběrová váha pracuje takto:

Časový alarm je jeden. Uživatel nastavuje v odběrové váze ohledně časového alarmu toto:

- 1) Nastavení časového alarmu: („ANO“ (zvolí si požadovaný čas) či „NE“)
- 2) Ukončit odběr časovým alarmem: („ANO“ či „NE“)

Zde příklady situací nastavení váhy v závislosti na možnostech výše uvedených:

- Obsluha nastaví časový alarm na „ANO“ a např. na 10 minut a „ukončit odběr časovým alarmem – ANO“. To znamená, že po 10 minutách odběru se sepne alarm a váha automaticky ukončí odběr.
- Obsluha nastaví časový alarm na „ANO“ a např. na 10 minut a „ukončit odběr časovým alarmem – NE“. To znamená, že po 10 minutách se sepne alarm, ale váha automaticky odběr neukončí, pouze bude hlásit alarmový stav.
- Obsluha nastaví možnost časového alarmu na „NE“. Poté odběr bude probíhat libovolně dlouhou dobu a časový alarm nebude nikdy spuštěn.

Vlastní dotaz: Je pro zadavatele v pořádku námi nabízené řešení?

Odpověď na dotaz:

Vámi popsaná funkce alarmu není pro zadavatele vyhovující. Zadavatel trvá na splnění technického požadavku uvedeného v zadávací dokumentaci.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Kateřina Kolací
Vedoucí odboru veřejných zakázek