

Název veřejné zakázky:	Výzva č. 1: Dodávka ultrazvukových přístrojů pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnici Chomutov o.z.
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	4307/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

položka 4 – Ultrazvuk diagnostický mobilní přenosný pro kardiovaskulární aplikace (2ks).
V technické specifikaci (příloha č. 2 ZD) je u této položky uveden požadavek „Integrovaný HDD – min. 1 TB“ (řádek 247).
Umožní zadavatel nabídnout mobilní přenosný diagnostický ultrazvuk s kapacitou integrovaného HDD 0,5 TB?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

Dotaz č. 2

položka 5 – Ultrazvuk pro intrakardiální echokardiografii (1ks)
V technické specifikaci (příloha č. 2 ZD) je u této položky uveden požadavek „Integrovaný HDD – min. 1 TB“ (řádek 308).
Umožní zadavatel nabídnout ultrazvuk pro intrakardiální echokardiografii s kapacitou integrovaného HDD 0,5 TB?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

Dotaz č. 3

položka 9 – Ultrazvuk diagnostický mobilní přenosný pro kardiovaskulární aplikace (1ks)
V technické specifikaci (příloha č. 2 ZD) je u této položky uveden požadavek „Integrovaný HDD – min. 1 TB“ (řádek 492).
Umožní zadavatel nabídnout mobilní přenosný diagnostický ultrazvuk s kapacitou integrovaného HDD 0,5 TB?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

Dotaz č. 4

Příloha č. 3: Rozklad nabídkové ceny
Prosíme o objasnění požadovaného způsobu vyplnění tabulky pro rozklad nabídkové ceny.

V řádcích 4-8 má účastník vyplnit cenu za položky 1-5 jejichž specifikace (příloha č. 2 ZD) zahrnuje i požadavek na sondy. Nicméně v řádcích 9-15 má účastník vyplnit cenu samostatných UZV sond. Obdobně je zpracováno u tabulky pro vyhrazenou změnu závazku – řádky 33-36 / řádky 37-41.

Chápeme správně, že zadavatel požaduje v řádcích 4-8 uvést cenu samotného UZV přístroje (bez sond) a sondy k položkám 1-5 nacenit až v řádcích 9-15? A obdobně u tabulky pro vyhrazenou změnu závazku – řádky 33-36 cena samotného UZV přístroje (bez sond) a cena sond v řádcích 37-41?

Odpověď na dotaz č. 4

Ano, zadavatel požaduje v řádcích 4-8 uvést cenu samotného UZV přístroje (bez sond), ceny za sondy k položkám 1-5 uvést až v řádcích 9-15.

Obdobně u tabulky pro vyhrazenou změnu závazku: řádky 33-36 = cena samotného UZV přístroje (bez sond), řádky 37-41 = cena sond.

Dotaz č. 5

Příloha č. 3: Rozklad nabídkové ceny

Nabídková cena celkem – buňky I-23 a K-23 mají zadavatelem předdefinovaný vzorec sčítající celý sloupec v rozsahu buněk I-4 až I-22 / K-4 až K-22. Zahrnutím buňky I-17 / K-17 do součtu by došlo ke zkreslení (navýšení) nabídkové ceny. Chápeme správně, že záměrem zadavatele je, aby buňka I-17 obsahovala součet buněk I-4 až I-16 (a obdobně buňka K-17 obsahovala součet buněk K-4 až K-16) a buňka I-23 byla součtem I-17 a I-19 (a obdobně buňka K-23 byla součtem K-17 a K-19)? Naznačeno v obrázku níže.

Příloha č. 3: Rozklad nabídkové ceny

Název	Specifikace zakázky	Celková nabídková cena v Kč		
		bez DPH	částka DPH	včetně DPH
Výzva č. 1: Dodávka ultrazvukových přístrojů pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnici Chomutov o.z.	Ultrazvukový přístroj 1 ks - specifikace položka 1			
	Ultrazvukový přístroj 1 ks - specifikace položka 2			
	Ultrazvukový přístroj 1 ks - specifikace položka 3			
	Ultrazvukový přístroj 2 ks - specifikace položka 4			
	Ultrazvukový přístroj 1 ks - specifikace položka 5			
	2D/3D/4D matricová sektorová sonda s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 1 do 5 MHz, min. 2000 elementů, výhově i velikostně téměř stejná jako 2D sektorová sonda - 3 ks			
	2D/3D/4D matricová jicnová sonda s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 3 do 8 MHz, min. 2500 elementů - 3 ks			
	Širokopásmová kardiologická monokrystalová sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz - 3 ks			
	Širokopásmová monokrystalová konvexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz - 2 ks			
	Širokopásmová lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 4 - 12 MHz - 3 ks			
	Konvexní sonda (širokopásmová technologie monokrystal) pro diagnostiku břicha, frekvenční rozsah min. 1-5 MHz - 1 ks			
	Lineární sonda (širokopásmová technologie) pro vaskulární aplikace s optimalizací pro vyšetření hluboce uložených cév, frekvenční rozsah min. 4-12 MHz (šifra do 40 mm) - 1 ks			
	2D/3D/4D matricová jicnová sonda s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 3 do 8 MHz, min. 2500 elementů - 6 ks - specifikace položka 6 (pokud není dodržena kompatibilita uvedená v I.S., je nutné uvést cenu)			
	Cena za ZP celkem			
	Vymezení rozsahu poskytnutí servisu			
	Vyráběcí (produkční) karety a příslušenství, kalibrace, udržování a opravy ultrazvukových přístrojů a sond na základě č. 305/1996 Sb.			
	Technická podpora karety do 40 kalibrací pro ultrazvukové přístroje			
	Technická podpora karety do 40 kalibrací pro ultrazvukové přístroje			
	V případě zájmu na zápis technického zápisu karety karety karety do 40 kalibrací, 305/1996 Sb., ústavní zákon			
Nabídková cena celkem:		CELKEM		0

Odpověď na dotaz č. 5

Provedeny úpravy v buňce I23 a K23 (funkce =SUMA(I17:I19) a =SUMA(K17:K19))

Dotaz č. 6

Příloha č. 3: Rozklad nabídkové ceny – Vyhrazená změna závazku

Za opci celkem – buňky H-48 a J-48 mají zadavatelem předdefinovaný vzorec sčítající celý sloupec v rozsahu buněk H-33 až H-47 / J-33 až J-47. Zahrnutím buňky H-42 / J-42 do součtu by došlo ke zkreslení (navýšení) nabídkové ceny za opci.

Chápeme správně, že záměrem zadavatele je, aby buňka H-42 obsahovala součet buněk H-33 až H-41 (a obdobně buňka J-42 obsahovala součet buněk J-33 až J-41) a buňka H-48 byla součtem H-42 a H-44 (a obdobně buňka J-48 byla součtem J-42 a J-44)? Naznačeno v obrázku níže.

Vyhrazená změna závazku

Předmět plnění		Celková nabídková cena v Kč		
		bez DPH	částka DPH	včetně DPH
Ultrazvuk nejvyšší třídy včetně 3D/4D pro kardiochirurgické ambulance 1 ks - položka 7 technické specifikace				
Ultrazvuk nejvyšší třídy včetně echonavigátoru a 3D/4D pro hybridní sál 1 ks - položka 8 technické specifikace				
Ultrazvuk diagnostický mobilní přenosný pro kardiovaskulární aplikace 1 ks - položka 9 technické specifikace				
Ultrazvuk nejvyšší třídy včetně 3D/4D pro kardiologickou ambulanci 1 ks - položka 10 technické specifikace				
2D/3D/4D matricová sektorová sonda s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 1 do 5 MHz, min. 3000 elementů, váhově i velikostně téměř totožná jako 2D sektorová sonda - 2 ks				
2D/3D/4D matricová jícnová sonda s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy od min. 3 do 8 MHz, min. 2500 elementů - 2 ks				
Lineární sonda (širokopásmová technologie) pro vaskulární aplikace s optimalizací pro vyšetření hluboce uložených cév, frekvenční rozsah min. 4-12 MHz (šíře do 40 mm) - 1 ks				
Širokopásmová kardiologická monokrystalová sonda s frekvenčním rozsahem min. 1.5 MHz - 1 ks				
Širokopásmová lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 4-12 MHz - 1 ks				
Cena za ZP celkem:			CELKEM	
Pozáruční servis na dobu 96 měsíců	Vymezení rozsahu pozáručního servisu*	Cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks	Cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks	Celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks
	Výrobem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb. **			
	Bezpečnostní technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích**			
	Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích**			
V případě dohody se zájmy konzultního záleží zohlednění dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2015 Sb. atomový zákon**				
Za opci celkem:			CELKEM	0

Odpověď na dotaz č. 6

Provedeny úpravy v buňce H48 a J48 (funkce =SUMA(H42:H44) a =SUMA(J42:J44))

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

Mgr. Kateřina Kolací
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek